

Wałbrzych, dnia 01.04.2025 r.

DZPZ-530-Zp/15/PN/25

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: Dostawa endoprotez pierwotnych, rewizyjnych i resekcyjnych – Zp/15/PN/25

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ tj. zmienia: Opis przedmiotu zamówienia (pkt. II SWZ), Formularz asortymentowo- cenowy (załącznik nr 1 do SWZ) dot. pakietów nr 3 i 6

I. Pkt II SWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianie otrzymuje brzmienie:

Dostawa endoprotez pierwotnych, rewizyjnych i resekcyjnych

Zamawiający dzieli zamówienie na części, które nazywa pakietami.

- Pakiet nr 1** – Endoprotezy stawu biodrowego I
- Pakiet nr 2** – Endoproteza stawu biodrowego II
- Pakiet nr 3** – Endoproteza stawu biodrowego III
- Pakiet nr 4** – Endoproteza stawu biodrowego IV
- Pakiet nr 5** – Endoproteza stawu kolanowego I
- Pakiet nr 6** – Endoproteza stawu kolanowego II
- Pakiet nr 7** – Endoproteza stawu kolanowego III
- Pakiet nr 8** – Endoproteza stawu kolanowego IV
- Pakiet nr 9** – Endoproteza połowicza stawu kolanowego
- Pakiet nr 10** – Endoproteza stawu ramiennego
- Pakiet nr 11** – Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego I
- Pakiet nr 12** – Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego II
- Pakiet nr 13** – Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego IV
- Pakiet nr 14** – Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego V
- Pakiet nr 15** – Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego VI
- Pakiet nr 16** – Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego I
- Pakiet nr 17** – Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego II
- Pakiet nr 18** – Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego III
- Pakiet nr 19** – Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego IV
- Pakiet nr 20** – Endoprotezoplastyka czasowa z antybiotykiem
- Pakiet nr 21** – Endoprotezoplastyka resekcyjna
- Pakiet nr 22** – Endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego palucha
- Pakiet nr 23** – System do śródoperacyjnego mycia pola operacyjnego

Pakiet nr 24 – Ostrza do usuwania komponenty panewkowej endoprotezy stawu biodrowego

Pakiet nr 25 – Formowalny nośnik antybiotykowy kolanowy

Pakiet nr 26 – System osobistej ochrony w sali operacyjnej zabezpieczający chirurga i personel od zanieczyszczenia i wystawienia na ryzyko infekcji płynami ciała oraz transferem drobnoustrojów i wirusów

Główny kod CPV : 33183100-7 - implanty ortopedyczne

Dodatkowe kody CPV : 33183000-6 – dodatkowe wyroby ortopedyczne

Dla pakietów nr 1,2,4,5,7,8,9 wymagane jest instrumentarium oraz system napędów akumulatorach /oddzielnie napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich, oddzielnie piła oscylacyjna. Instrumentarium powinno być w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym. Instrumentarium powinno znajdować się na terenie Szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów. Wykonawca utworzy nieodpłatnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów.

Dla pakietów nr 3 i 6 wymagane jest instrumentarium. Instrumentarium powinno być w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym. Instrumentarium powinno znajdować się na terenie Szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów. Wykonawca utworzy nieodpłatnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów.

Dla pakietów nr 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22 instrumentarium powinno być w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym. Instrumentarium wraz z implantami powinno być dostarczone na Blok Operacyjny w systemie „lotnym” na czas trwania zabiegu operacyjnego.

Dla pakietu nr 20 implanty dostarczane na Blok Operacyjny w systemie „lotnym”.

Dla pakietu nr 24 Wykonawca utworzy nieodpłatnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów.

Dla pakietu nr 25 zestawy dostarczane na Blok Operacyjny w systemie „lotnym”.

Magazyn depozytowy powinien znajdować się na terenie Szpitala – Blok Operacyjny.

Uwaga!

Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał przedłożenia numerów katalogowych produktów wraz z wyceną.

Przedmiotem zamówienia są dostawy endoprotez pierwotnych, rewizyjnych i resekcyjnych. Dalszy i dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako: SWZ).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia nie mniej jednak niż do

30 %, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

II. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy po zmianie otrzymuje brzmienie:

Pakiet nr 3

Endoproteza stawu biodrowego III

Lp.	Asortyment szczegółowy	Ilość szt. 12 m-cy	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
	Endoproteza stawu biodrowego	70					
1	Trzpień bezcementowy, prosty, proporcjonalny (rozmiar szyjki rośnie wraz z rozmiarem trzpienia), taperowany, 2 kąty szyjkowo-trzonowe (standard 132st oraz o zwiększonym offsecie bocznym 127 st,) wykonany ze stopu tytanu, w 12 rozmiarach dla każdego z kątów, trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym, stożek V40	70					
2	Panewka typu press fit z dodatkowo wbudowanym poszerzeniem brzeżnym o wartości 1,8 mm, wykonana z tytanu, powierzchnia zewnętrzna pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem, wymiary zewnętrzne 40-72 mm. Możliwość wyboru panewki pełnej 3-5 otworami uzupełnianymi wkrętami fiksującymi.	40					
3	Panewka pierwotna, sferyczna, wydrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imitujący kość gąbczastą, umożliwiającą przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem, tzw. biointegracja panewki. Współczynnik tarcia 1,2; porowatość panewki wynosi 76%. Dostępna w opcji pełnej i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami. Panewka w rozmiarach zewnętrznych od 42 do 66 mm, w opcji wielootworowej do 72 mm. Możliwość zastosowania głowy 36 mm już od panewki 48 mm.	30					
4	Wkłady polietylenowe z polietylenu III generacji, bez dodatków organicznych, o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i oksydacyjnej dzięki procesowi radiacji i wyżarzaniu; średnica wewnętrzna dla głów 32mm, 36mm, 40mm, 44mm	50					
5	Wkładki chromokobaltowe do implantacji w panewkę bezcementową z pozycji 2 przeznaczone do artkulacji w układzie głowa polietylenowa zewnętrzna plus głowa wewnętrzna metalowa bądź ceramiczna. Głowa polietylenowa w rozmiarach zewnętrznych 42 do 64 dla głów wewnętrznych 22-28. Wkładka chromokobaltowa do panewki o średnicy od 44 mm.	20					

6	Głowy metalowe CrCo o powierzchni wygładzonej dzięki napyłaniu jonami azotu; w rozmiarach 36mm, 40mm, 44mm w minimum 5 rozmiarach offsetu	30					
7	Głowy ceramiczne w rozmiarach 28-32-36mm w 3 długościach szyjki	20					
8	Głowa metalowa CrCo 22 mm, 28 mm i 32 mm w 4 długościach szyjki	40					
9	Śruby panewkowe w długościach 16-20-25-30-35-40-45-50mm o średnicy 6,5mm	20					
10	Zaślepka centralna do panewki	70					
11	ostrza piły oscylacyjnej	70					
RAZEM:							

Do każdego zadania z pakietu wymagane jest instrumentarium. Instrumentarium powinno być w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym. Instrumentarium powinno znajdować się na terenie Szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów. Wykonawca utworzy nieodpłatnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów do ... godzin od wszczęcia implantów.

Pakiet nr 6

Endoproteza stawu kolanowego II

Lp.	Asortyment szczegółowy	Ilość szt. 12 m-cy	Cena netto	Vat %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy
1.	Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego: Element udowy jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching; w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Element piszczelowy modułarny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach. Taca piszczelowa pierwotna standardowa oraz taca piszczelowa uniwersalna do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużeń cementowych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne. Przedłużki cementowe o średnicach 9mm, 12mm i 15mm. I w długościach 50 lub 100 mm. Bloczki uzupełniające ubytki kostne o grubościach 5mm i 10mm. Wkładka z polietylenu o zwiększonej odporności na utlenianie i wytrzymałości mechanicznej względem standardowych	60					

polietylenów crosslinkowanych, bez dodatków organicznych: - CR (bez stabilizacji), - PS (z tylną stabilizacją), - CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej), Wszystkie wkładki blokowane obwodowo o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym bez konieczności opcji mobile bearing o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22 i 25 mm. Opcjonalnie dostępne instrumentarium przednioreferencyjne dla kolan koślawych; Dostępna płyta piszczelowa w całości wykonana z polietylenu w 4 grubościach zarówno w wersji PS jak i CS. Wersja cementowana Wersja bezcementowa Wersja z rozbudową piszczeli	30 20 10					
2. Ostrza piły oscylacyjnej	60					
3. Cement kostny z antybiotykiem zawierający barwnik do odróżniania od struktur tkankowych	30					
RAZEM:						

Do każdego zadania z pakietu wymagane jest instrumentarium. Instrumentarium powinno być w kontenerach do sterylizacji w systemie bezobsługowym otwartym. Instrumentarium powinno znajdować się na terenie Szpitala przez cały okres stosowania dostarczonych implantów. Wykonawca utworzy nieodpłatnie na terenie Bloku Operacyjnego magazyn depozytowy z możliwością uzupełnienia zużytych implantów do ... godzin od wszczepienia implantów.

Zatwierdził

Dyrektor Szpitala
Jolanta Królak

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Agnieszka Dziadkiewicz
nr tel.: 74/6489941



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742