



28 Wojskowy Oddział Gospodarczy
08-110 Siedlce, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 5



Siedlce, dnia 08.04.2025 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

NUMER POSTĘPOWANIA: D/20/2025

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 28 Wojskowy Oddział Gospodarczy informuje, że w postępowaniu na dostawę urządzeń i materiałów medycznych dla 28 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z podziałem na 3 części (zadania), dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1 – Podstawowe urządzenia i materiały medyczne

Lp	Jest:	Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:
5	Elektrody Cardiac Science Powerheart G5 z datą przydatności do użycia co najmniej do 01.2029 r.	Elektrody Cardiac Science Powerheart G5, po 2 sztuki w komplecie z datą przydatności do użycia co najmniej 19 miesięcy, licząc od dnia dostawy.
6	Elektrody do Aed ZOLL plus z datą przydatności do użycia co najmniej do 01.2029 r.	Elektrody do Aed ZOLL plus, po 2 sztuki w komplecie z datą przydatności do użycia co najmniej do 01.2029 r.
9	Zestaw glukometr + paski Wymagania techniczne: • Próbką: 0,5 µl krwi • Czas pomiaru: 5 s. • Zakres pomiaru: od 10-900 mg/dl • Pamięć: 500 wyników • Źródło zasilania: bateria CR2032 • Żywotność baterii: 1000 wyników pomiarów	Zestaw glukometr + paski Wymagania techniczne: • Próbką: 0,5 µl krwi • Czas pomiaru: 5 s. • Zakres pomiaru: od 10-900 mg/dl • Pamięć: co najmniej 500 wyników • Źródło zasilania: bateria CR2032 • Żywotność baterii: co najmniej 1000 wyników pomiarów
14	Kołnierz ortopedyczny odcinka szyjnego dla dziecka, materiał jednorazowy. Kołnierz posiada 12 stopni regulacji.	Kołnierz ortopedyczny odcinka szyjnego dla dziecka Wymagania techniczne:

		• materiał jednorazowy; • co najmniej 3 stopnie regulacji, odpowiadające standardowym rozmiarom kołnierzy ortopedycznych przeznaczonych dla niemowląt, dzieci oraz niskich dorosłych.
22	Maska krtaniowa jednorazowa rozmiar 1	Maska krtaniowa jednorazowa rozmiar 1 wykonana z PVC
23	Maska krtaniowa jednorazowa rozmiar 1,5	Maska krtaniowa jednorazowa rozmiar 1,5 wykonana z PVC
24	Maska krtaniowa jednorazowa rozmiar 2	Maska krtaniowa jednorazowa rozmiar 2 wykonana z PVC
25	Maska krtaniowa jednorazowa rozmiar 2,5	Maska krtaniowa jednorazowa rozmiar 2,5 wykonana z PVC
26	Maska krtaniowa jednorazowa rozmiar 3	Maska krtaniowa jednorazowa rozmiar 3 wykonana z PVC
27	Maska krtaniowa jednorazowa rozmiar 4	Maska krtaniowa jednorazowa rozmiar 4 wykonana z PVC
28	Maska krtaniowa jednorazowa rozmiar 5	Maska krtaniowa jednorazowa rozmiar 5 wykonana z PVC
33	Papier do drukowania EKG do defibrylatora CORPULS Slim	Papier do drukowania EKG do defibrylatora CORPULS Slim, po 10 rolek w opakowaniu.

Zadanie 2 – Specjalistyczne urządzenia i materiały medyczne

Lp	Jest:	Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:
4	Lodówka na leki poj. od 27 L do 35 L z możliwością rejestrowania temperatury Wymagania techniczne: • automatyczna rejestracja temperatury 24/7 • alarm otwartych drzwi • alarm braku zasilania • alarm wysokiej i niskiej temperatury • wentylator wspomagający chłodzenie • przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy • zamek z dwoma kluczami • wewnętrzne światło • wskaźnik temperatury powietrza w czasie rzeczywistym	Lodówka na leki poj. od 27 L do 36 L z możliwością rejestrowania temperatury Wymagania techniczne: • automatyczna rejestracja temperatury 24/7 • alarm otwartych drzwi • alarm braku zasilania • alarm wysokiej i niskiej temperatury • wentylator wspomagający chłodzenie • przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy • zamek z dwoma kluczami • wewnętrzne światło • wskaźnik temperatury powietrza w czasie rzeczywistym
5	Materac próżniowy (podciśnieniowy) do ewakuacji pacjenta Wymagania techniczne: • wymiary: 210-215 cm długości, 60-75 cm szerokości, 7 cm wysokości • nośność: do 210 kg	Materac próżniowy (podciśnieniowy) do ewakuacji pacjenta Wymagania techniczne: • wymiary: 200-215 cm długości, 60-85 cm szerokości, 4,5-7 cm wysokości • nośność: co najmniej do 150 kg

	• podłoże: wyposażone w 8 uchwyty do przenoszenia, rozmieszczonych na obwodzie i co najmniej w 3 pasy zabezpieczające Zestaw zawiera: • materac próżniowy • pompkę • torbę transportową	• podłoże: wyposażone w co najmniej 8 uchwyty do przenoszenia, rozmieszczonych na obwodzie i co najmniej w 3 pasy zabezpieczające Zestaw zawiera: • materac próżniowy • pompkę • torbę transportową
6	Pulsoksymetr na palec Wymagania techniczne: • zintegrowany czujnik dla dorosłych i dzieci • wyświetlacz LED • 3-kolorowy wskaźnik perfuzji • zakres pomiaru saturacji SpO₂: 0-100%, dokładność +/- 2 cyfry 70 – 100% • zakres pomiaru częstości pulsu: 18-321 ppm, dokładność +/- 3% +/- 1 cyfra • długości fal pomiarowych: 660 nm (czerwona) i 910 nm (podczerwona) • temperatura pracy: od 0 do +40°C • wilgotność pracy: 10-90% bez kondensacji • zasilanie: 2 baterie alkaliczne AAA • czas pracy: 21 godzin pracy ciągłej lub 2500 pojedynczych pomiarów o długości 30 sekund • wymiary: 30-34 mm grubości, 32-36 mm szerokości, 56-63 mm długości • waga: do 60 g (z kompletem baterii)	Pulsoksymetr na palec Wymagania techniczne: • zintegrowany czujnik dla dorosłych i dzieci • wyświetlacz LED/TFT • 3-kolorowy wskaźnik perfuzji • zakres pomiaru saturacji SpO₂: 0-100%, dokładność +/- 2 cyfry 70 – 100% • zakres pomiaru częstości pulsu: mieszczący się co najmniej w zakresie 30-250 ppm, dokładność +/- 3% +/- 1 cyfra • długości fal pomiarowych: 660 nm (czerwona) i co najmniej 880 nm (podczerwona) • temperatura pracy: od 0 do +40°C • wilgotność pracy: 10-90% bez kondensacji • zasilanie: 2 baterie alkaliczne AAA • czas pracy: 21 godzin pracy ciągłej lub 2500 pojedynczych pomiarów o długości 30 sekund • wymiary: 30-34 mm grubości, 32-36 mm szerokości, 56-63 mm długości • waga: do 60 g (z kompletem baterii)

Zadanie 3 – Urządzenia i materiały medyczne

Lp	Jest:	Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:
1	Deska ortopedyczna w zestawie ze stabilizatorem klockowym głowy oraz kompletem pasów transportowych Wymagania techniczne: • wykonana z tworzywa sztucznego • umożliwiająca diagnostykę RTG • 4 komplety pasów zabezpieczających • mocowanie pasów w min. 5 punktach na dłuższej stronie deski oraz	Deska ortopedyczna w zestawie ze stabilizatorem klockowym głowy oraz kompletem pasów transportowych Wymagania techniczne: • wykonana z tworzywa sztucznego • umożliwiająca diagnostykę RTG • 4 komplety pasów zabezpieczających • mocowanie pasów w min. 5 punktach na dłuższej stronie deski oraz

	możliwość przepinania pasów bez poruszania pacjenta (poszkodowanego) • zestaw klocków – poduszek do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego, posiadający możliwość zmiany punktu pracy pasów mocujących, a także obserwacji uszu poszkodowanego oraz wpływu zamocowania zestawu na możliwości transportowe noszy • udźwig do 450 kg • wymiary: długość - 183 cm, szerokość - 41 cm • waga: do 8 kg PASY STABILIZUJACE: • konstrukcja pasa dwuczęściowa, kodowane kolorami • możliwość regulacji długości • zapięcie pasów w postaci szybkozłącza z tworzywa sztucznego • mocowanie pasa do trzpieni za pomocą metalowych obrotowych karabińczyków STABILIZACJA GŁOWY • system 2 klocków z otworami usznymi • podkładka z rzepem do przyczepiania klocków • paski do mocowania stabilizatora do deski	możliwość przepinania pasów bez poruszania pacjenta (poszkodowanego) • zestaw klocków – poduszek do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego, posiadający możliwość zmiany punktu pracy pasów mocujących, a także obserwacji uszu poszkodowanego oraz wpływu zamocowania zestawu na możliwości transportowe noszy • udźwig do 450 kg • wymiary: długość – 183 cm, szerokość – 41-46 cm • waga: do 10 kg PASY STABILIZUJACE: • konstrukcja pasa dwuczęściowa, kodowane kolorami • możliwość regulacji długości • zapięcie pasów w postaci szybkozłącza z tworzywa sztucznego • mocowanie pasa do trzpieni za pomocą metalowych obrotowych karabińczyków STABILIZACJA GŁOWY • system 2 klocków z otworami usznymi • podkładka z rzepem do przyczepiania klocków • paski do mocowania stabilizatora do deski
3	Nosze płachtowe z kieszenią na nogi Wymagania techniczne: • szerokość: 72-85 cm • długość: 200-208 cm • liczba kieszeni: 1 • udźwig: do 150 kg • waga: do 2,5kg • materiał umożliwiający zmywanie i dezynfekcję	Nosze płachtowe z kieszenią na nogi Wymagania techniczne: • szerokość: 72-90 cm • długość: 198-208 cm • liczba kieszeni: 1 • udźwig: co najmniej do 150 kg • waga: do 2,5kg • materiał umożliwiający zmywanie i dezynfekcję
4	Nosze ratownicze typu SKED SK250 Nosze przeznaczone do działań ratowniczych: w trudnych warunkach terenowych, wysokościowych, wodnych i do współpracy ze śmigłowcem. Wymagania techniczne: • wymiary rozłożonych noszy: 250 cm x 87 cm	Nosze ratownicze typu SKED Wymagania techniczne: • wymiary rozłożonych noszy: 240-250 cm x 85-92 cm • maksymalne obciążenie: co najmniej 120kg • waga z akcesoriami: do 10 kg • materiał: tworzywo polietylenowe W skład zestawu wchodzi co najmniej:

	• przybliżone wymiary złożonych noszy: 36 cm x 36 cm x 88 cm • maksymalne obciążenie: 120kg W skład zestawu wchodzi co najmniej: • nosze • pasy zawiesiowe do transportu w pozycji poziomej • lina umożliwiająca transport w pozycji pionowej • plecak transportowy z zaczepem umożliwiającym ciągnięcie poszkodowanego na noszach za sobą • 4 uchwyty służące do transportu poszkodowanego • zatrzaśnik	• nosze • pasy/taśmy do transportu w pozycji poziomej • lina/taśma umożliwiająca transport w pozycji pionowej • plecak transportowy z zaczepem umożliwiającym ciągnięcie poszkodowanego na noszach za sobą • 4 uchwyty służące do transportu poszkodowanego • zatrzaśnik
--	---	---

FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie 1 – Podstawowe urządzenia i materiały medyczne

Jest:

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa*	JM	Ilość- podst.	Ilość- opcja	Razem	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) (7*8)	Podatek VAT		Wartość brutto (zł)
									%	Wartość (zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Elektrody Cardiac Science Powerheart G5	XXX	kpl.	2	2	4					
6	Elektrody do Aed ZOLL plus	XXX	kpl.	13	13	26					
14	Kołnierz ortopedyczny odcinka szyjnego dla dziecka, materiał jednorazowy. Kołnierz posiada 12 stopni regulacji.	XXX	szt.	20	20	40					
33	Papier do drukowania EKG do defibrylatora CORPULS Slim	XXX	opak.	10	10	20					

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa*	JM	Ilość-podst.	Ilość-opcja	Razem	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) (7*8)	Podatek VAT		Wartość brutto (zł)
									%	Wartość (zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Elektrody Cardiac Science Powerheart G5, po 2 szt. w komplecie	XXX	kpl.	2	2	4					
6	Elektrody do Aed ZOLL plus, po 2 szt. w komplecie	XXX	kpl.	13	13	26					
14	Kołnierz ortopedyczny odcinka szyjnego dla dziecka	XXX	szt.	20	20	40					
33	Papier do drukowania EKG do defibrylatora CORPULS Slim, po 10 rolek w opakowaniu	XXX	opak.	10	10	20					

Zadanie 3 – Urządzenia i materiały medyczne

Jest:

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa*	JM	Ilość-podst.	Ilość-opcja	Razem	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) (7*8)	Podatek VAT		Wartość brutto (zł)
									%	Wartość (zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Nosze ratownicze typu SKED SK250		szt.	7	7	14					

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:

Lp	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa*	JM	Ilość-podst.	Ilość-opcja	Razem	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) (7*8)	Podatek VAT		Wartość brutto (zł)
									%	Wartość (zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Nosze ratownicze typu SKED		szt.	7	7	14					

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający anuluje treść załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia i wprowadza nowy po zmianie z dnia 08.04.2025 r. oraz treść załącznika nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy i wprowadza nowy po zmianie z dnia 08.04.2025 r.

Pozostałe warunki określone w SWZ pozostają bez zmian.

KOMENDANT

/-/ płk Tomasz ZIMOLUŻYŃSKI