



WSzSL.FZ.381./03/25/ 123 2025

Legnica 02.04.2025r.

Do wszystkich zainteresowanych

**DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY PASKÓW DO BADANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO – CHEMICZNYCH
MOCZU NAJMEM PLATFORMY DO BADANIA OBRAZOWEGO MOCZU**

znak sprawy WSzSL/FZ-03/25

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytania do załącznika 2A, do tabeli E:

Pytanie nr 1

Pyt. do punktu 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie statywów z 10 miejscami na próbówki w każdym ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ.

Pytanie nr 2

Pyt. do punktu 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z którego zalecane jest wyjmowanie niezaużytych testów paskowych w celu uniknięcia ich zawilgocenia ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ.

Pytanie nr 3

Pyt. do punktu 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wyposażonego w jeden wbudowany czytnik kodów kreskowych?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ.

Pytanie nr 4

Pyt. do punktu 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie może ustosunkować się do treści zapytania, ze względu na niepełną jego treść.

Pytanie nr 5

Pyt. do punktu 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych moczu i osadu moczu, wykorzystującego inną metodę pomiaru ciężaru właściwego niż refraktometryczny?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy Załącznika nr 2A do postępowania WSZSL/FZ-03/25:

Tabela B, pkt 3: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy ewentualne zmiany w zakresie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej zostaną wprowadzone przez Zamawiającego we własnym zakresie i poprzez samodzielny dobór materiału do kontroli wewnętrznej?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający przeprowadzi zmiany w zakresie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej przy współpracy z Wykonawcą.

Pytanie nr 7

Dotyczy Załącznika nr 2A do postępowania WSZSL/FZ-03/25:

Tabela E, pkt. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora podstawowego używanego, w pełni sprawnego, po przeglądzie, rok produkcji nie starszy niż 2018? Rozwiązanie takie pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej cenowo dla Zamawiającego.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ.



Pytanie nr 8

Dotyczy Załącznika nr 2A do postępowania WSZSL/FZ-03/25:

Tabela E, pkt. 7: Czy w celu zapewnienia możliwie jak najdokładniejszych pomiarów i eliminacji niekorzystnego wpływu środowiska na uzyskiwane wyniki, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany system posiadał funkcję kontroli narażenia pasków na działanie wilgoci oraz ostrzegania i zabezpieczenia przed ich użyciem, jeśli takie narażenie nastąpiło (zarówno przed, jak i po załadowaniu pasków na pokładzie analizatora), z prezentacją komunikatu bezpośrednio wskazującego na problem zawilgocenia pól odczynnikowych?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 9

Dotyczy Załącznika nr 2A do postępowania WSZSL/FZ-03/25:

Tabela E, pkt 8:

Czy Zamawiający wymaga, aby obrazowanie elementów upostaciowanych odbywało się w jednorazowych kuwetach, co zapewnia czysty obraz wysokiej jakości, bez ryzyka zanieczyszczenia i związanej z nim trudności w interpretacji wyników oraz eliminuje ryzyko zapełnienia kanałów pomiarowych i nie wymaga dodatkowych czynności konserwacyjnych?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora z kamerą, która pozwala na rejestrowanie obrazów całych pól widzenia mikroskopowego oraz posiada funkcjonalność obrazowania w czasie rzeczywistym, z możliwością zmiany warstwy ogniskowej i wyboru pola widzenia przez operatora, umożliwiając operatorowi wykonanie zdjęć i ich późniejszą analizę przez oprogramowanie aparatu?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 11

Dotyczy Załącznika nr 2A do postępowania WSZSL/FZ-03/25:

Tabela E, pkt 12: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania modułu elementów upostaciowanych osadu moczu, który nie wymaga do swojej pracy żadnych odczynników, a w okresach przestoju między badaniami nie wymaga przepłukiwania, dzięki czemu nie generuje dodatkowych kosztów?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 12

Dotyczy Załącznika nr 2A do postępowania WSZSL/FZ-03/25:

Tabela E, pkt 13: Czy aby mieć stałą pewność co do przebiegu pomiaru, Zamawiający wymaga rzeczywistej kalibracji refraktometru przy użyciu płynnych kalibratorów, wykonywanej z poziomu użytkownika minimum 1x/miesiąc?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).



Pytanie nr 13

Dotyczy Załącznika nr 2A do postępowania WSZSL/FZ-03/25:

Tabela E, pkt 15: Czy w przypadku, gdy zaoferowane odczynniki, kalibratory i materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej nie wymagają rekonstrukcji, Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia pipet automatycznych?

W odpowiedzi na pytanie: W sytuacji gdy zaoferowane odczynniki, kalibratory i materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej nie wymagają rekonstrukcji - Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia pipet automatycznych.

Dotyczy SWZ Rozdział XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy:

Pytanie nr 14

Par. 2, pkt 4: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający dysponuje w swoich zasobach i udostępni celem przechowywania odczynników i materiałów zużywalnych półkę w chłodziarce zapewniającą temperaturę w granicach 2-8 st. C. oraz półkę zapewniającą przechowywanie w temperaturze pokojowej?

W odpowiedzi na pytanie: Tak. Zamawiający dysponuje ww. sprzętem.

Pytanie nr 15

Par. 3, pkt 1: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: *Towar, o którym mowa w §1 pkt 1) będzie dostarczany przez Wykonawcę do Zakładu Medycyny Laboratoryjnej w godzinach od 7.15 –14.30, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia bądź w konkretnym terminie wskazanym w zamówieniu (termin ten nie może być krótszy niż 2 dni robocze od złożenia zamówienia). Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt określonych ustawowo.*

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę jednocześnie modyfikując SWZ.

Pytanie nr 16

Par. 3, pkt 2: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: *W przypadku opatrzenia zamówienia znakiem „PILNE” – Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 48 godz. roboczych od momentu złożenia zamówienia. Potrzeba zmiany zapisów spowodowana jest koniecznością sprowadzenia asortymentu z magazynów zlokalizowanych poza granicami Polski.*

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę jednocześnie modyfikując SWZ.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy polegającą na ustaleniu progu o którym mowa w par. 5A ust 5 na poziomie 10%? Propozycja zmiany podyktowana jest koniecznością doprowadzenia stawek, o których mowa w cytowanym paragrafie umowy do poziomu powszechnie przyjętego w obrocie w analogicznych sytuacjach.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy polegającą na ustaleniu progu o którym mowa w par 6 ust 1 pkt 2 na poziomie 0,1%? Propozycja zmiany podyktowana jest koniecznością doprowadzenia stawek, o których mowa w cytowanym paragrafie umowy do poziomu powszechnie przyjętego w obrocie w analogicznych sytuacjach.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy polegającą na ustaleniu kwoty o której mowa w par 6 ust 1 pkt 3 na poziomie 200PLN? Propozycja zmiany podyktowana jest koniecznością doprowadzenia stawek, o których mowa w cytowanym paragrafie umowy do poziomu powszechnie przyjętego w obrocie w analogicznych sytuacjach.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy polegającą na ustaleniu kwoty o której mowa w par 6 ust 1 pkt 4 na poziomie 50PLN? Propozycja zmiany podyktowana jest koniecznością doprowadzenia stawek, o których mowa w cytowanym paragrafie umowy do poziomu powszechnie przyjętego w obrocie w analogicznych sytuacjach.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy polegającą na ustaleniu kwoty o której mowa w par 6 ust 1 pkt 5 na poziomie 50PLN? Propozycja zmiany podyktowana jest koniecznością doprowadzenia stawek, o których mowa w cytowanym paragrafie umowy do poziomu powszechnie przyjętego w obrocie w analogicznych sytuacjach.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22

Par. 2A, pkt 1: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na *Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady i usterki przedmiotu najmu na miejscu u Zamawiającego, nie później niż w ciągu 48 godzin roboczych od chwili zgłoszenia faktu niesprawności*. Wynika to z faktu konieczności uwzględnienia czasu niezbędnego do sprowadzenia wymaganych części.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23

Par. 2A, pkt 4: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na *W przypadku 3-krotnej awarii tego samego podzespołu analizatora w okresie obowiązywania umowy – Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany analizatora na nowy, o parametrach nie niższych niż oferowany*.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dot. Załącznik nr 2A

Pytanie nr 24

Tabela D, pkt 1 : Czy Zamawiający dopuści system operacyjny Windows 11 Pro?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający z własnej inicjatywy modyfikuje SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 25

Tabela E, pkt 6: Czy Zamawiający dopuści system wykorzystujący cztery rodzaje światła monochromatycznego? Wymóg użycia detektora cyfrowego oprogramowanego na długość fali z całego spektrum RGB ogranicza konkurencję i pozyskanie jak najlepszej oferty dla Zamawiającego.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ.

Pytanie nr 26

Tabela E, pkt 7: Czy Zamawiający dopuści system umożliwiający jednorazowe załadowanie na pokład min. 100 testów paskowych w formie pojedynczych pasków pakowanych w tubach, zapewniający stabilność na pokładzie 3dni wraz z automatycznym usuwaniem zużytych pasków. Średnia dzienna ilość wykonywanych badań wynosi 92 paski, co oznacza, że stabilność na pokładzie 100 pasków przez 3 dni w żaden sposób nie ogranicza Zamawiającego.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ.

Załącznik nr 2A

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający wymaga możliwości kalibracji różnych serii pasków reakcyjnych za pomocą pasków używanych do badań próbek?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).



Pytanie nr 28

Czy Zamawiający wymaga, aby obraz reakcji barwnych na pasku był wyświetlany na ekranie analizatora dla każdego wyniku, dostępny z poziomu operatora systemu?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający wymaga analizy elementów upostaciowanych poprzez zautomatyzowaną mikroskopię (wbudowany mikroskop) z rejestracją cyfrowych obrazów pełnych pól widzenia mikroskopowego i rejestrowania zdjęć próbki na kilku płaszczyznach/ punktach ostrości i łączenie ich w jeden obraz?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający wymaga pomiaru elementów upostaciowanych w min. 4 kanałach pomiarowych (naturalna sedymentacja elementów morfotycznych), bez konieczności używania kuwet jednorazowych?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści wykonywanie kontroli wewnętrznej parametrów fizyko-chemicznych na dwóch poziomach co dziennie, a parametrów elementów upostaciowanych na dwóch poziomach raz w tygodniu?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ.

Projektowane postanowienia umowy:

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści aby przedmiot najmu był dostarczony, zamontowany i uruchomiony w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy? Konieczność wydłużenia terminu wynika z czasu jaki potrzebuje firma informatyczna do podłączenia analizatora do LIS, na czas ten Wykonawcy nie mają wpływu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuści czas reakcji serwisu wynoszący 24 godziny (diagnoza problemu, zdalna pomoc) i usunięcie wad/ usterek w ciągu 48 godzin?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający dopuści w §2A ust. 4 zmianą na: „w przypadku 3-krotnej awarii tej samej części analizatora...”? Wymiana analizatora w przypadku jego 3-krotnej awarii w okresie 3 lat, w przypadku tak skomplikowanych urządzeń jest wygórowanym żądaniem i wymusi na Wykonawcach skalkulowanie co najmniej 2 zestawów co znacząco zwiększy koszty ofert.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ.



Pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuści w §3 ust. 1 zmianę terminu na 3 dni robocze?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odsyła do udzielonej odpowiedzi na Pytanie nr 15. modyfikuje SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający dopuści w §6 ust. 1 pkt 1) zmianę na 1% wartości netto niedostarczonego asortymenty?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje wymogi SWZ.

UWAGA!

1. Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Zmiany w SWZ wprowadzono czcionką koloru czerwonego.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Maciej Leszkowicz