



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ (41) 260-42-00 Fax. (41) 260-42-05

NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139



✉ zoz@zozmswiakielce.pl



www.zozmswiakielce.pl

Kielce, dnia 16 kwietnia 2025 r.

Znak postępowania: **04/PN/2025**

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i sukcesywna dostawa jednorazowych sterylnych wyrobów medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II”

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 135 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców w ramach wyżej wymienionego postępowania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści:

Dot. Pakiet 21

Poz. 2 Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 230 cm średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem. Rozwarcie 135 stopni. długość ramion 16 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści:

Dot. Pakiet 21

Poz. 3 Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 230 cm średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem. Rozwarcie 135 stopni. długość ramion 16 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści:

Dot. Pakiet 21

Poz. 4 Szczypczyki biopsyjne, jednokrotnego użytku, pokrywane, łyżeczki owlane z okienkiem, bez igły, średnica 2,3 mm, długość robocza 1800 mm, rozwarcie 6,7mm,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści:

Dot. Pakiet 21

Poz. 5 Szczypczyki biopsyjne, jednokrotnego użytku, pokrywane, łyżeczki owlane z okienkiem, z igłą, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, rozwarcie 6,0 i 6,7 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści:

Dot. Pakiet 21

Poz. 6 Szczypczyki biopsyjne, jednokrotnego użytku, pokrywane, łyżeczki owlane z okienkiem, aligatoriki, z igłą, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, rozwarcie 6,7 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści:

Dot. Pakiet 21

Poz. 7 Szczypczyki biopsyjne, jednokrotnego użytku, pokrywane, łyżeczki owlane z okienkiem, z igłą, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, rozwarcie 6,0 i 6,7 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści:

Dot. Pakiet 21

Poz. 8 Szczypczyki biopsyjne, jednokrotnego użytku, pokrywane, łyżeczki owlane z okienkiem, aligatoriki, bez igły, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, rozwarcie 6,0 i 6,7 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści:

Dot. Pakiet 21

Poz. 9 Pętla do usuwania polipów, rotacyjna, jednorazowego użytku, średnica osłonki 2,5 mm, rozmiar pętli 30 mm, długość narzędzia 230 cm; opakowanie po 10 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści:

Dot. Pakiet 21, Poz. 10

Pętla do polipektomii, owalna, drut pleciony 0,47 mm, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 10 mm,

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuści:

Dot. Pakiet 21

Poz. 11 Pętla do polipektomii, drut pleciony 0,47 mm, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 15 mm,

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuści:

Dot. Pakiet 21, Poz. 12 Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu 0,47mm, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 10mm. Rękojeść skalowana co 10mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuści:

Dot. Pakiet 21

Poz. 13 Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu 0,47 mm, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 15mm. Rękojeść skalowana co 10mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuści:

Dot. Pakiet 21

Poz.14 Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu 0,47mm , średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 20 mm. Rękojeść skalowana co 10mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający dopuści:

Dot. Pakiet 21

Poz.15 Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu 0,47 mm, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 24 mm, średnica przewodu 0,40 mm. Rękojeść skalowana co 10mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dopuści:

Dot. Pakiet 21

Poz. 16 Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu 0,47mm, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 6 mm, średnica przewodu 0,36 mm. Rękojeść skalowana co 10mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający dopuści:

Dot. Pakiet 21

Poz. 17 Ustnik jednorazowy z opaską tekstylną, (opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk), 22x27mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający dopuści:

Dot. Pakiet 22

Poz. 1 Zestawy do opaskowania żyłaków przełyku zawiera 6 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 9,4-13,0. 1 sztuka w opakowaniu

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający dopuści:

Dot. Pakiet 22

Poz. 2 Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, jednorazowego użytku, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 i 16mm, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, długość 230cm, z możliwością wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), wymagana średnica kanału endoskopowego 2.8mm Op-10 szt

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający dopuści:

Dot. Pakiet 22

Poz. 3 Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNB) Igła z końcówką typu „Fransen” zakończona „koroną” z trzema różnymi ostrzami w kształcie stożka. Igły w rozmiarze 22G i 25G wykonane ze stali kobaltowo chromowej, posiadają pokrycie echogeniczne na całej długości końcówki roboczej igły. Mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Regulowana długość robocza w granicach: 137.5 cm do 141.5 cm. Długość wysunięcia igły regulowana w zakresie: 0-80mm. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową o pojemności 20cc i z zaworkiem. Średnica osłonki odpowiednio 1.8 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2.8mm. Op./1szt

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 20:

1. Czy Zamawiający w części 23 poz. 39 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu, bez otworów bocznych:

Średnica 13 FR – długość 15cm, 20 cm

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 21:

Dotyczy części 23 poz. 39

Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga ramion prostych. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 23 poz 39 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części 23 pozycji 39. Przy wszczętej procedurze system e-notice 2 uniemożliwia stworzenie osobnego pakietu dla tej pozycji.

Pytanie 23:

Dot. Część nr 21, Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o następujących parametrach:

Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 235 cm średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem. Rozwarcie 90 stopni. długość ramion 16 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 24:

Dot. części nr 21, Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści średnicę pętli z siatką 2,4 mm? Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 25:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. 2, 3:

2) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1.

3) w razie zwłoki w dostarczeniu towaru. albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad tj. braków, niezgodności towaru, z umową ponad terminy określone w §2 ust 1 pkt 1 lub §5 ust 1 ust. 2 , ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 26:

Dotyczy: Część 17, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na dreny z ostrym trokarem w rozmiarach 16, 20, 24, 28 i 32, gdyż pozostałe rozmiary są trudno dostępne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 27:

Czy Zamawiający w Części 13 w pozycji 1 mógłby doprecyzować, że zestawy uzupełniające do przezskórnej

tracheotomii metodą Griggsa mają być oparte na użyciu dedykowanego, wielorazowego peana, niebędącego elementem tych zestawów?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zestawy uzupełniające do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa mają być oparte na użyciu dedykowanego, wielorazowego peana, niebędącego elementem tych zestawów

Pytanie 28:

Czy Zamawiający w Części 13 w pozycji 2 dopuści dotychczas stosowane rurki tracheostomijne z odsysaniem znad mankieta z nowej serii BLUselect z oznaczeniem na baloniku kontrolnym rozmiaru rurki, średnicy mankieta, marki oraz producenta? Produkt spełniający wszystkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 29:

Dotyczy: SWZ rozdział VII pkt 5 e) – PAKIET NR 20

Czy w związku z rozbudowanym opisem przedmiotu zamówienia oraz złożonością pakietu Zamawiający dopuści jako przedmiotowy środek dowodowy Oświadczenie autoryzowanego dostawcy w przypadku gdy, nie wszystkie parametry mają odzwierciedlenie w oryginalnych ulotkach i materiałach producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 30:

Dotyczy: SWZ rozdział VII pkt 5 d) – PAKIET NR 20

Czy w związku z faktem, iż Wykonawca potwierdza o posiadaniu dokumentów CE i deklaracji zgodności oraz zobowiązuje się dostarczyć je na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z ofertą aktualnych certyfikatów wydanych przez firmy notyfikujące, potwierdzające klasę wyrobu medycznego? (klasa wyrobu medycznego potwierdzona jest w deklaracjach zgodności lub certyfikatach CE)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 31:

Dotyczy Pakiet 3

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści system do zbiórki stolca o parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Sterylny
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawkę 60ml, 2x przylepne opatrunki
- Wymienny worek pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 32:

Dotyczy Pakiet 3

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)), nieprzezroczysty, z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 33:

Pakiet 7

Pozycja 1, 2, 4, 5 - Czy Zamawiający dopuści zamiast pryzmatu lejek posiadający „szkiełko” powiększające w celu

uwidocznienia wycieku płynu oraz igły posiadające kropkę kierunkową przy ścięciu, żeby zlokalizować ostrze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 34:

Pakiet 7

Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści igłę Pencil Point w zestawie z prowadnicą?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 35:

Pakiet 10

Pozycja 2, 3 – Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z podwójnym znacznikiem głębokości w postaci 2 półpięści?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 35:

Pakiet 10


Pozycja 2, 3– Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „wewnętrzna powierzchnia satinslip”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 36

Pakiet 10



Pozycja 4 – Czy Zamawiający rurkę o parametrach:

- Ustno-nosowa
- Typ Murphy
- Wykonana z medycznego PVC
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy w kształcie walca
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, objętością mankieta i numerem LOT
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Czytelne oznaczenie rozmiaru rurki na samej rurce, na baloniku oraz na łączniku
- Podwójny znacznik głębokości w postaci 2 półpięści

- Skalowana co 1cm
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w opakowanie papier-folia zachowujące kształt rurki:

Odpowiedź:


Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 36

Pakiet 10

Pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści rurkę o parametrach:

- Wykonana z medycznego PVC
- Kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny z nad mankieta
- Dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu
- Prowadnica
- Łącznik 15 mm
- 2 tasiemki mocujące



- Bez lateksu
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w blister zachowujący kształt rurki

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 37

Pakiet 11

Pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: gąbkowy
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 38

Pakiet 11

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 39

Pakiet 11

Pozycja 3 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezlateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiety stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiety umieszczone na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki; rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 40

Pakiet 11

Pozycja 4 - Czy zamawiający dopuści rurkę o parametrach:

- Ustno-nosowa
- Typ Murphy
- Wykonana z medycznego PVC
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, średnicą mankietu i numerem LOT
- Zbrojenie na całej długości rurki
- Odporna na załamanie
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Czytelne oznaczenie rozmiaru rurki
- Podwójny znacznik głębokości w postaci 2 półpierścieni
- Skalowana co 1cm
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w opakowanie papier-folia zachowujące kształt rurki?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 41

Pakiet 11

Pozycja 5 - Czy zamawiający dopuści podwójny znacznik głębokości w postaci 2 półpierścieni oraz łącznik z zaokrąglonymi skrzydełkami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 42

Pakiet 11

Pozycja 6 - Czy zamawiający dopuści rurki tracheostomijne o parametrach:

- Wykonana z medycznego PVC
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- Miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu
- Prowadnica
- Łącznik 15 mm
- 2 tasiemki mocujące
- Bez lateksu
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w blister zachowujący kształt rurki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 43

Pakiet 11

Pozycja 8 - Czy zamawiający dopuści zestaw do wkluc centralnych o parametrach:

- Cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuretanu, skalowany, zakończony miękką, niebieską końcówką ułatwiającą wprowadzenie oraz chroniącą przed uszkodzeniem naczynia
- Ramiona cewnika z oznaczeniem średnic i znakowane kolorystycznie
- Rozszerzacz
- Prowadnica 0.035 (0,89mm) x 600mm długa
- Niebieska strzykawka wprowadzająca 5ml (luer)
- Igła wprowadzająca 18G (1,25mm) x 70mm (dostępna w wersji Y)
- Strzykawka iniekcyjna 5ml (luer)
- Igła iniekcyjna
- Koreczki heparynowe luer-lock
- Skalpel

- Klips mocujący?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 44

Pakiet 12

Pozycja 1-2 – Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora
- dodatkowa, obrotowa złączka 15mm
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer
- posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)
- posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta
- system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
- w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik
- sterylne, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowana folia/papier
- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)
- rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 33 cm (10, 12, 14, 16 FR)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 45

Pakiet 12

Pozycja 4 – Czy zamawiający dopuści zestaw o pojemności 25ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 46

Pakiet 12

Pozycja 5 – Czy zamawiający dopuści sterylne cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z medycznego PVC, bez druta do ukształtowania, długość 40-60cm (w zależności od rozmiaru), pakowany pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 47

Pakiet 12

Pozycja 6 – Czy zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml

- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 48

Pakiet 12

Pozycja 7 – Czy zamawiający dopuści łącznik z portem do odsysania o średnicy 9 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 49

Pakiet 12

Pozycja 8 – Czy zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 50

Pakiet 12

Pozycja 9 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezłatekсовą, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiety stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiety umieszczone na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki; rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 51

Pakiet 12

Pozycja 10 - Czy zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu, światłowodowe, jednorazowe, typ Macintosh - rozmiary 0 (76mm), 1 (95mm), 2 (105mm), 3 (135mm), 3,5 (145mm) 4 (155mm), 5 (175mm) - wszystkie łyżki pochodzą od jednego producenta, nieodkształcają się łyżka wykonana z lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja), profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku, końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona, pogrubiona mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego (cała podstawa plastikowa), ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376, wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło, światłowód

nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło o średnicy 5mm, wyraźnie oznakowany nr serii, rodzaj, rozmiar, znak CE oraz symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) na części metalowej łyżki, bez możliwości stosowania w MRI, pakowanie folia-folia, na opakowaniu informacja od producenta o dacie ważności z min. 3 letnim okresem przydatności, numer seryjny, mikrobiologicznie czyste, bez lateksu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 52

Pakiet 12

Pozycja 11 - Czy zamawiający dopuści rękojeść wykonaną z aluminium, z podłużnymi frezami, światłem LED i półmetalową konstrukcją?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.



Pytanie 53

Pakiet 12

Pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z podwójnym znacznikiem głębokości w postaci 2 półpierścieni bez oznaczenia średnicy oraz przekreślonej 2 na prowadnicy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 54

Pakiet 12

Pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez prowadnicy, z podwójnym znacznikiem głębokości w postaci 2 półpierścieni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 55

Pakiet 12

Pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z podwójnym znacznikiem głębokości w postaci 2 półpierścieni, z prowadnicą dołączoną osobno?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 56


Pakiet 12

Pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści rurkę o parametrach:

- Ustno-nosowa
- Typ Murphy
- Wykonana z medycznego PVC
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, objętością mankietu i numerem LOT
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Czytelne oznaczenie rozmiaru rurki na samej rurce, na baloniku oraz na łączniku
- Podwójny znacznik głębokości w postaci 2 półpierścieni
- Skalowana co 1cm
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w opakowanie papier-folia zachowujące kształt rurki

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.



Pytanie 57

Pakiet 12

Pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o wymiarach:

Dla ch6 – długość 255mm

Dla ch10-14 – długość 340mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

ROZMIAR	DOTYCZY ETT
06 Fr	2.5-4.5 mm
10 Fr	4.0-6.0 mm
12 Fr	5.5-6.5 mm
14 Fr	5.5-10.0 mm

Pytanie 58

Pakiet 12

Pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści mankiet jednorazowy z zaworem bezpieczeństwa, manometr wyskalowany w mmHg (jak na zdjęciu), kolorystyczne oznaczenie ciśnienia, pojemności jak w SWZ, z haczykiem do podwieszenia worka?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 59

Pakiet 12

Pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych z PCV dla dorosłych wyrównujący siłę uciśnięć poj.1650ml, dla wagi >40kg, worek wykonany z pcv/sebs, przestrzeń martwa <lub =65ml w zestawie z:

- Rezerwuarem tlenu 2000 ml,
- Przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m
- Maską twarzową 5
- Zawór ciśnieniowy 60cmH2O

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 60


Pakiet 13

Pozycja 2 – Czy zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z odsysaniem o parametrach:

- Wykonana z medycznego PVC
- Kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny z nad

mankietu

- Dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu
- Prowadnica
- Łącznik 15 mm
- 2 taśmy mocujące
- Bez lateksu
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w blister zachowujący kształt rurki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 61

Dotyczy projektowanych postanowień umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„...nie krótszy niż 8 miesięcy, licząc od dnia odstawy...”?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem umowy "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić kierownik Apteki".

Pytanie 62

Dotyczy projektowanych postanowień umowy § 6 ust. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„w razie nieprzystąpienia do realizacji umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 63

Dotyczy projektowanych postanowień umowy § 6 ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 64

Dotyczy projektowanych postanowień umowy § 6 ust. 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„w razie zwłoki w dostarczeniu towaru albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad tj. wykonania obowiązku reklamacyjnego, braków lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w § 2 ust. 1 pkt 1 lub § 5 ust. 1, ust. 2, ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy brutto, licząc za każdy dzień zwłoki.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 65

Dotyczy projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 66

Dotyczy projektowanych postanowień umowy § 13 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, którym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci, w szczególności mającej na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki. Czynność prawna dokonana bez uzyskania ww. zgody jest nieważna. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie może wskazać zapisu, który obliuguje do określonego zachowania podmiot tworzący, którym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Pytanie 67

Dotyczy pakietu 21

Czy zamawiający zechce zaakceptować proponowane poniżej rozwiązanie ?

Poz. 10, 11

Średnica narzędzia 2,35 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 68

Dotyczy pakietu 21

Czy zamawiający zechce zaakceptować proponowane poniżej rozwiązanie ?

Poz. 9

Średnica korpusu narzędzia 2,6 mm do kanału 2,8 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 69

Dotyczy pakietu 21

Czy zamawiający zechce zaakceptować proponowane poniżej rozwiązanie ?

Poz. 16

Pętla 6mm, monofilament , średnica narzędzia 2,35 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 70

Dotyczy Pakietu nr 25

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o następującym składzie i parametrach:

1 x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm z folii PE 50μ ze wzmocnieniem polipropylenowym (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym, składana rewersowo

2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne na dłuższym boku

1 x serweta dolna 175x180 cm, przylepna (taśma lepna dł. min. 80 cm)

1 x serweta górna 150x240 cm, przylepna (taśma lepna dł. min. 80 cm)

1 x taśma lepna 9x50 cm

4 x ręcznik chłonny celulozowy min. 19x25 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze 67,5 g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 242 cm H₂O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho odpowiednio min. 150/120 kPa, niepyłącego (współczynnik pylenia ≤ 1,5 log₁₀ liczby cząstek). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 2 cm zabezpieczającymi część lepna serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepna do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795-1:2019 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z papierową opaską TYVEK, po otwarciu sterylne margines bez kleju min. 5 mm zabezpieczający przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyciągania zestawu. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 71

Dotyczy Pakietu nr 25

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy o następującym składzie i parametrach :

1x serweta do chirurgii tarczycy 300x220 cm z samoprzylepnym otworem w kształcie rombu 13 x 13 cm (paski lepne wokół otworu 2,5 cm) oraz z łatą chłonną w strefie krytycznej o wym. 50x75 cm; dodatkowo 3 zintegrowane potrójne organizatory przewodów.

Serweta wykonana z laminatu 2- warstwowego polietylen/ plipropylen o gramaturze 67,5 g/m² wokół otworu pad chłonny 2- warstwowy, bez celulozy i wiskozy; współczynnik pylenia ≤ 1,5 log₁₀ liczby cząstek). Odporność na przenikanie cieczy > 242 cm H₂O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho odpowiednio min. 150/120 kPa

1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym 64x190 cm

Dodatkowo w zestawie znajdują się:

2x ręcznik celulozowy min. 19x25 cm

1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym 64x145 cm

1x taśma przylepna 10x50 cm

Opakowanie jednostkowe worek polietylenowy z opaską TYVECK, po otwarciu widoczny margines bez kleju o szer. 5 mm zapobiegający rozjałowieniu zestawu podczas wyjmowania z opakowania. Na etykiecie głównej 4 samoprzylepne etykiety kontrolne do dokumentacji z nr REF, LOT, datą ważności i danymi producenta Zestaw zgodny z normą PN EN 13795:2019-1. I klasa palności. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 72

Pyt. nr 1 – dot. Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo cenowy – część nr 4, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w części nr 4, poz. 2 zestawu do wstrzykiwacza do automatycznej strzykawki MEDRAD Spectris Solaris EP zawierającego złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem „Y”.

Trójnik w kształcie litery „Y” jest rozwiązaniem równoważnym i oprócz nieznacznych różnic w kształcie, nie różni się właściwościami, ani też użytecznością od trójnika typu „T”, a zatem jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego. Co więcej, trójnik jest zrobiony z elastycznego materiału, który w miarę potrzeb można odgiąć, żeby układał się w kształt przypominający literę „T”. Zatem wymóg, aby wykonawcy oferowali tylko i wyłącznie złącze z trójnikiem typu „T” jest nieuzasadniony, gdyż nie wpływa nawet w najmniejszym stopniu na funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania. Nie ma to absolutnie żadnego ujemnego przełożenia na wykonywanie badań oraz prawidłowość pracy urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 73

Pakiet 1

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy wykonany z poliwęglanu o objętości wypełnienia 0,09ml oraz przepływie 350ml/min o czasie użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 74

Pakiet 1

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy podwójny wykonany z poliwęglanu o objętości wypełnienia portu 0,09ml oraz przepływie 165 ml/min o czasie użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 75

Pakiet 1

Pozycja 3-4 Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy potrójny wykonany z poliwęglanu o objętości wypełnienia portu 0,09ml oraz przepływie 160 ml/min o czasie użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 76

Pakiet 1

Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania leków z ścięciem pod kątem 40 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 77

Pakiet 1

Pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,5x20 i 0,5x25mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 78

Pakiet 1

Pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści igłę wyłącznie w rozmiarze 1,1x40mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 79

Pakiet 1

Pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania leków z ścięciem pod kątem 40 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 80

Pakiet 1

Pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści kolec do fiolek o długości 8,5cm +/- 0,5cm, z możliwością aktywacji 140razy oraz objętością wypełnienia poniżej 1ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 81

Pakiet 1

Pozycja 25 Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi korka w opakowaniach zbiorczych po 250szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 82

Pakiet 1

Pozycja 26 Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny odporny na ciśnienie do 4,5 bara?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 83

Pakiet 1

Pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści łącznik fiolek z możliwością aktywacji 140razy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 84

Pakiet 1

Pozycja 33-36 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 85

Pakiet 1

Pozycja 37 Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny z igłą w rozmiarze 0,4x13mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 86

Pakiet 1

Pozycja 38 Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z skalą rozszerzoną do 12ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 87

Pakiet 1

Pozycja 39 Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z skalą rozszerzoną do 3ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 88

Pakiet 1

Pozycja 40 Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z skalą rozszerzoną do 24ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 89

Pakiet 1

Pozycja 41 Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z skalą rozszerzoną do 6ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 90

Pakiet 1

Pozycja 42-43 Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z pojedynczą skalą oraz zielonym tłokiem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 91

Pakiet 1

Pozycja 43 Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe tuberkulinowe z igłą 26G 0,45x13mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 92

Pakiet 1

Pozycja 44-45 Czy Zamawiający dopuści przyrząd wyłącznie o poniższych parametrach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowszych technologii
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kołec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wktucie w pojemniki z płynami
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
- hydrofilowy filtr cząsteczkowy **Liquid Lock** o wielkości oczek 8 µm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu
- miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorcza oraz zaczep na dren do podwieszenia
- uniwersalne zakończenie Luer-Lock
- koreczek **Air Pass** z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 3 lata
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 93

Pakiet 1

Pozycja 46 Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne wyłącznie o poniższych parametrach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem
- Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przysycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- Filtrowy hydrofobowy zabezpieczający przed wpływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 24 g
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka – twardego blister (PVC + TYVEC) z kolorowym nadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]
0,7 x 19	żółty	23
0,9 x 25	niebieski	36
1,1 x 32	różowy	61
1,3 x 45	zielony	100
1,5 x 45	biały	142
1,7 x 45	szary	200
2,0 x 45	pomarańczowy	305

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 94

Pakiet 3

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 95

Pakiet 3

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 96

Dotyczy: punkt V.1.3.b SWZ Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę posiadającego wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dotyczący sprzedaży wyrobów medycznych?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami rozdziału V pkt. 1 ppkt. 3 lit. b): 3)

Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał ważną koncesję Głównego Inspektora Farmaceutycznego (o ile dotyczy danego Wykonawcy). **Zamawiający jednocześnie dopuszcza** by Wykonawca, który nie posiada decyzji na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej, składu konsolidacyjnego oraz składu celnego, ale posiada uprawnienia do sprzedaży wyrobów medycznych (zgłoszenie URPL) oraz wpis do KRS dotyczący sprzedaży wyrobów medycznych przystępując do postępowania przetargowego złożył odpowiedni dokument wraz z ofertą.

Zamawiający dopuszcza również Wykonawcę posiadającego wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dotyczący sprzedaży wyrobów medycznych, który należy złożyć wraz z ofertą.

Pytanie 97

Dotyczy punkt VII.1.5.d SWZ Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu złożenia aktualnych certyfikatów wydanych przez firmy notyfikujące, potwierdzające klasę wyrobu medycznego, deklaracji zgodności zależnie do klasy wyrobu medycznego na rzecz złożenia wraz z ofertą oświadczenia o posiadaniu aktualnych dokumentów dopuszczających oferowane produkty będące wyrobami medycznymi do obrotu, potwierdzających również klasę wyrobu medycznego oraz zobowiązania się do przedłożenia tych dokumentów na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy? Nadmieniam również, że klasa wyrobu medycznego zostanie podana w formularzu asortymentowo cenowym w kolumnie „klasa wyrobu medycznego”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia o posiadaniu aktualnych dokumentów dopuszczających oferowane produkty będące wyrobami medycznymi do obrotu, potwierdzających również klasę wyrobu medycznego oraz zobowiązania się do przedłożenia tych dokumentów na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania. Klasa wyrobu medycznego winna zostać podana w formularzu asortymentowo cenowym w kolumnie „klasa wyrobu medycznego”.

Pytanie 98

Dotyczy OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - W opisie przedmiotu zamówienia Część 3 pozycja nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na alternatywne rozwiązanie i zaoferowanie zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca, zgodnie z parametrami jak poniżej bez zachowania pozostałych parametrów w opz, o szerszych parametrach niż oczekiwał?

Zestaw do odprowadzania stolca płynnego i półpłynnego:

1.	Zestaw składający się z przewodu cewnika, worka odbiorczego, strzykawki 50 ml, strzykawki z żelem smarującym oraz biologicznego eliminatora zapachów.
2.	System bez elementów wykonanych z naturalnego lateksu
3.	Skład opakowania zestawu: • Worek odbiorczy 1 l. • Strzykawka 50 ml • Strzykawka z żelem smarującym (10 ml) • Instrukcja użycia • <u>1 buteleczka (30 ml) preparatu Medi-aire™ Biologiczny eliminator zapachów</u> • Zacisk na przewody
4.	Zestaw przewodu cewnika składa się z : trzon cewnika i worek odbiorczy wykonane w większości z kopolimeru Permalene, połączonych z niskociśnieniowym mankietem mocującym i strefą przechodzącą przez zwieracz, wykonanych głównie z silikonu.
5.	Otwór przewodu cewnika w obrębie mankieta ma kształt lejka w celu ułatwienia kierowania stolca do przewodu odprowadzającego, o średnicy wewnętrznej min 1.34 in ² , max 1,4 in ²
6.	Przewód odprowadzający wyposażony w cztery porty, każdy z oddzielnym dostępem. • Zielony port do napełniania („INF(45ML)/INFLATE TO 45ML”) jest przeznaczony do napełniania/oprózniczenia mankieta. • Przezroczysty port irygacji („IRRIG”) służy do wprowadzania wody na końcu mankieta mocującego i umożliwia dostęp do podawania leków. • Fioletowy port do przepłukiwania („FLUSH”) jest stosowany do wlewu wody przez szczeliny na całej długości przewodu odprowadzającego w celu ułatwienia odprowadzania stolca. • Port do pobierania próbek na przewodzie odprowadzającym umożliwia pobieranie próbek

	stolca przy użyciu strzykawki z wsuwaną końcówką
7.	Mocowanie zestawu przewodu cewnika z workiem odbiorczym za pomocą złącza i zaworu tłoczkowego
8.	System zarządzania stolcem wyposażony w mechanizm samozamykania aby zminimalizować kontakt na działanie szkodliwych mikroorganizmów podczas zmiany worków.
9.	Przewód odprowadzający wyposażony w zintegrowany, łatwy w użyciu port do pobierania próbek kału zmniejszający możliwość zanieczyszczenia podczas pobierania próbek
10.	Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w zastawkę ograniczającą wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów.
11.	System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni)
12.	Opakowanie handlowe systemu do zbiórki stolca - 2 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 99

Do Części 3, Pozycja nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie worków kompatybilnych z proponowanym systemem do zbiórki stolca zgodnie z parametrami jak poniżej:

Worek odbiorczy:

- Wymienny worek odbiorczy pojemność 1000 ml., skalowany od 50 ml co 100 ml, kompatybilny z proponowanym systemem do zbiórki stolca.
- Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w zastawkę ograniczającą wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów.
- Opakowanie zbiorcze 10 szt. ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 100

Dotyczy PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część 3.

Czy Zamawiający będzie wymagał, na potwierdzenie spełnienia opz, dołączenia do oferty badań klinicznych dot. zamkniętego systemu do kontrolowanej zbiórki stolca ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 101

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o weryfikację czy nie doszło do omyłki pisarskiej w dodatkowych informacjach ujętych pod tabelą z opisem przedmiotu zamówienia dla części 4. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia próbek dla pakietu nr 4?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej w dodatkowych informacjach ujętych pod tabelą z opisem przedmiotu zamówienia dla części 4. **Dla części 4 Zamawiający nie wymaga próbek.**

Pytanie 102

Czy Zamawiający potwierdza, iż dla pozycji 1 części nr 4 określa zapotrzebowanie w ilości 10 zestawów wkładów do Medrad Stellant na 12 miesięcy realizacji umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zapotrzebowanie na ilość 10 zestawów.

Pytanie 103

Czy Zamawiający potwierdza, iż dla pozycji 2 części nr 4 określa zapotrzebowanie w ilości 100 zestawów wkładów do Spectris Solaris na 12 miesięcy realizacji umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zapotrzebowanie na ilość 100 zestawów.

Pytanie 104

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w pozycji 2 części nr 4 jednorazowego sterylnego zestawu wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Spectris Solaris® EP zawierającego 2 jednorazowe sterylne wkłady o pojemności 65 i 115 ml, 2 ostrza typu spike, Złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem „Y” oraz zintegrowanym zaworem antyzwrotnym o wytrzymałości 350 PSI i długości 250 cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 105

Czy Zamawiający dopuści w Części 1 poz. 25 koreczek z trzpieniem minimalnie powyżej krawędzi taki jaki jest aktualnie stosowany w Placówce?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

DYREKTOR
SP ZOZ MZWiA w Kielcach
im. św. Jana Pawła II
Grzegorz Kaleta

.....
(podpis osoby upoważnionej)