



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kielcach im. św. Jana Pawła II**


25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ 41 260 42 00 Fax. 41 260 42 05

NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139

zoz@zozmswiakielce.pl

www.zozmswiakielce.pl



Kielce, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Znak postępowania: **09/ZO/2025**

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia o wartości poniżej 130 tys. zł wg instrukcji na: Usługę specjalistycznych testów kontroli jakości parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych, monitorów opisowych i przeglądowych w okresie od maja 2025 r. do kwietnia 2026 r. będących w dyspozycji SP ZOZ MSWiA im. św. Jana Pawła II w Kielcach

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie rozdz. 8 ust. 14 ZAPYTANIA OFERTOWEGO, udziela wyjaśnień na pytania, zadane do wyżej wymienionego postępowania.

Pytanie 1 Prosimy o bardziej szczegółowe informacje nt. aparatów - RTG-M Primax 1040 oraz RTG-M GMM –

jakiego rodzaju są to aparaty (przewoźne, kostno-płucne)?

Odpowiedź:

Aparaty - RTG-M Primax 1040 oraz RTG-M GMM są aparatami przewoźnymi (przyłóżkowymi).

Pytanie 2 Prosimy o zmianę zapisu punktu 1 § 2 umowy

z:

Zamawiający zobowiązuje się zapewnić uczestnictwo swojego pracownika podczas realizacji Umowy przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, w celu zapewnienia dostępu pracownikom Wykonawcy do wszystkich pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia i aparaty w celu wykonania testów eksploatacyjnych.

na:

Zamawiający zobowiązuje się zapewnić uczestnictwo swojego pracownika podczas realizacji Umowy przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, w celu zapewnienia dostępu pracownikom Wykonawcy do wszystkich pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia i aparaty w celu wykonania testów specjalistycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględni wniosek Wykonawcy i modyfikuje – zmienia w § 1 ust. 2 umowy określenie „testów eksploatacyjnych” na „testów specjalistycznych”.

Pytanie 3 Prosimy o zmianę zapisu punktu 2 e) § 6 umowy

z:

wykonania dodatkowo testów odbiorczych i specjalistycznych w przypadku istotnej naprawy urządzenia radiologicznego lub urządzenia pomocniczego, po której wymagane są takie testy w cenie testów specjalistycznych dla danego urządzenia zaoferowanej przez Wykonawcę.

na:

wykonania dodatkowo testów specjalistycznych w przypadku istotnej naprawy urządzenia radiologicznego lub urządzenia pomocniczego, po której wymagane są takie testy w cenie testów specjalistycznych dla danego urządzenia zaoferowanej przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu punktu 2 e) § 6 umowy.

0/2  KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Stanisław Żak

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Sp. St. Żak (DZP)