



WSzSL.FZ.381./09/25/133 / 2025

Legnica 03.04.2025r.

Do wszystkich zainteresowanych

**DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY IMPLANTÓW NEUROCHIRURGICZNYCH
znak sprawy WSzSL/FZ-09/25**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Zamawiającemu przysługują kary umowne:

- a) za każdy dzień zwłoki w stosunku do któregośkolwiek z terminów, o których mowa w §2 ust. 1 i/lub w §4 ust 2 i/lub w §4 ust. 4 - w wysokości 0,01% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, którego zwłoka dotyczy wskazanej w Załączniku nr 1 do umowy,
- b) za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o których mowa w §2 ust. 1a w wysokości 0,03% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, którego zwłoka dotyczy wskazanej w Załączniku nr 1 do umowy,
- c) w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do któregośkolwiek z terminów, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 1 lub pkt.2
- d) w wysokości 50,00 zł w przypadku dostarczenia asortymentu niezgodnego z umową, za każdy stwierdzony przypadek.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2 – pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12

Czy zamawiający oczekuje zastawek do leczenia wodogłowia, które nie zawierają części metalowych, są pozbawione lateksu i wykonane z dwóch różnych materiałów – polipropylenu i elastomeru silikonowego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy.

Pytanie 3 – pozycja 10, 11

Czy zamawiający oczekuje zastawek delta z zastawką membranową z czterema różnymi ciśnieniami otwarcia oraz nieprzenikliwymi wskaźnikami, które informują o położeniu zastawki względem cewnika?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy.

Pytanie 4 – pozycja 9

Czy zamawiający oczekuje zastawek impregnowanych dwoma antybiotykami: ryfampicyną i klindamycyną, o średnicy wewnętrznej 1,3 mm oraz zewnętrznej 2,5 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy.

Pytanie 5 – pozycja 12

Czy zamawiający oczekuje zastawki programowalnej z 5 możliwościami regulacji otwarcia, umożliwiającej przedzabiegową i nieinwazyjną pozabiegową regulację ciśnienia, wraz z udostępnieniem programatora na



czas trwania umowy?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy.

Pytanie 6 – pozycje 1, 2

Czy zamawiający oczekuje zastawki typu burr hole o szerokości 16 mm oraz wysokości zbiornika 6 mm, z rezerwuarem umożliwiającym przezskórny dostęp do płynu mózgowo-rdzeniowego, pozbawionej lateksu oraz części metalowych?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy.

Pytanie 7 – pozycje 3, 4

Czy zamawiający oczekuje zastawki typu burr hole o szerokości 12 mm oraz wysokości zbiornika 6 mm, z rezerwuarem umożliwiającym przezskórny dostęp do płynu mózgowo-rdzeniowego, pozbawionej lateksu oraz części metalowych?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy.

Pytanie 7 – pozycja 7

Czy zamawiający oczekuje drenu komorowego o długości 23 cm i średnicy wewnętrznej 1,3 mm, średnicy zewnętrznej 2,5 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy.

Pytanie 8 – pozycja 8

Czy zamawiający oczekuje drenu otrzewnowego o długości 120 cm, z średnicą wewnętrzną 1,3 mm oraz średnicą zewnętrzną 2,5 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych:

„Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnątrz w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody. Informuje, iż posiada procedury wewnętrzne zapewniające odpowiednie warunki przechowywania i transportu wyrobów, które zgodne są z warunkami określonymi przez producenta.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania alternatywnych produktów o specyfikacji poniżej?

1	Zastawka typu miniNAV 5 cm H2O ze zintegrowanym zbiornikiem standardowym do otworu trepanacyjnego i z kompletem drenów dokomorowym i dootrzewnowym
2	Zastawka typu miniNAV 10 cm H2O ze zintegrowanym zbiornikiem standardowym do otworu trepanacyjnego i z kompletem drenów dokomorowym i dootrzewnowym
3	Zastawka typu miniNAV 5 cm H2O ze zintegrowanym zbiornikiem pediatrycznym do otworu trepanacyjnego i z kompletem drenów dokomorowym i dootrzewnowym
4	Zastawka typu miniNAV 10 cm H2O ze zintegrowanym zbiornikiem pediatrycznym do otworu trepanacyjnego i z kompletem drenów dokomorowym i dootrzewnowym
5	Zastawka typu miniNAV 5 cm H2O ze zintegrowanym zbiornikiem standardowym inline i z kompletem drenów dokomorowym i dootrzewnowym
6	Zastawka typu miniNAV 10 cm H2O ze zintegrowanym zbiornikiem standardowym inline i z kompletem drenów dokomorowym i dootrzewnowym



7	Dren dokomorowy 25 cm
8	Dren otrzewnowy standardowy 120cm z otwartym końcem
9	Dreny z antybiotykiem (komorowy + otrzewnowy)
10	Zastawka typu GAV 5/25 cm H ₂ O ze zintegrowanym zbiornikiem standardowym do otworu trepanacyjnego i z kompletem drenów dokomorowym i dootrzewnowym
11	Zastawka typu GAV 5/30 cm H ₂ O ze zintegrowanym zbiornikiem standardowym do otworu trepanacyjnego i z kompletem drenów dokomorowym i dootrzewnowym
12	Zastawka programowalna typu proGAV, programowalna od 0 do 20 cm H ₂ O ze zintegrowanym zaworem antysyfonowym ze zintegrowanym zbiornikiem standardowym do otworu trepanacyjnego i z kompletem drenów dokomorowym i dootrzewnowym

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie dopuszcza.

UWAGA!

UDZIELONE ODPOWIEDZI SĄ WIAŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowo-Eksploatacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Artur Janiszewski

Wojewódzki Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski
Urząd Marszałkowski

Urząd Marszałkowski

SEKRETARIAT GŁÓWNY

WPLYNEŁO
2025-04-03