



WSzSL.FZ.381/21/25. 130 .2025

Legnica 04.04.2025r.

**ZAINTERESOWANI**

**DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH  
DLA PRACOWNI RADIOLOGII ZABIEGOWEJ  
W ZAKRESIE KARDIOLOGII  
znak sprawy WSzSL/FZ-21/25**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

**WYKONAWCA NR 1**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3.3 wyrazi zgodę na zaproponowanie cewnika balonowego do PTCA półpodatnego w systemie rapid exchange, balon wykonany z Nylonu 12, ciśnienie nominalne NP. 6 atm, znamionowe ciśnienie rozrywające RBP 14 atm (1.00-3.00), 12 atm (3.50-4.00), profil wejściowy 0.41 mm dla 1.00-1.50 mm; 0.43 dla pozostałych średnic, profil przejścia 0.023" (0.58mm) dla średnicy 1.00mm, balony 1.00-2.00 dwukrotnie składane, pozostałe trzykrotnie, shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89 dla 2.00-4.00 0.87mm, długość użytkowa 145 cm, markery RTG Pt/Ir 1 dla balonów 1.00-1.50, 2 markery dla pozostałych średnic, kompatybilne z cewnikami 4 Fr i przewodnikiem 0.014", pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft'cie, dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm, zakres średnic: 1,0-4,0 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Składając ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3.4 wyrazi zgodę na zaproponowanie przewodników diagnostycznych hydrofilnych bez krzywizny Bolia i opcji z kształtowalną końcówką? Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Składając ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3.9 wyrazi zgodę na zaproponowanie koszulek naczyniowych do dostępu udowego bez dostępnej długości 7cm? Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Składając ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**WYKONAWCA NR 2**

Dotyczy projektu umowy - Rozdział XX SWZ

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający zgodzi się na 30-dniowy termin płatności faktury?



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar w § 6 ust. 1 pkt 2 do 100 zł?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**WYKONAWCA NR 3**

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający zgodzi się w zadaniu 16 na zaoferowanie koszulek długości 11 cm i 24 cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Składając ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**WYKONAWCA NR 4**

**Pytanie nr 7**

Dotyczy: Część nr 2, poz. 2

Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z wymagania utworzenia depozytu na korzyść dostaw sukcesywnych.

Prowadniki występują w jednym rozmiarze i są pakowane po 5 szt., co ułatwia bezproblemowe zabezpieczenie oddziału zakupami na fakturę, oraz nie obciąża obu stron czasochłonną kontrolą depozytu i kosztami jego utrzymania. Ponadto tworzenie, oraz utrzymywanie komisów na produkty sprzedawane w opakowaniach zbiorczych jest niezgodne z polityką komisową wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 8**

Dotyczy: Część nr 4, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści Stenty typu DES o nieznacznie zmienionych parametrach:

- ciśnienie nominalne 9 atm dla śr. 2,0 - 2,5mm; 12 atm dla śr. 2,75 - 4,0mm; 11 atm dla dł. 48 mm

- RBP: 16 atm (18 atm. dla dł. 48mm)

Oraz spełniające pozostałe wymogi Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. Składając ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie nr 9**

Dotyczy: Część nr 4, poz. 6

Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z wymagania utworzenia depozytu na korzyść dostaw sukcesywnych.

Oferowane systemy do zamykania występują w jednym rozmiarze i są pakowane po 10 szt., co ułatwia bezproblemowe zabezpieczenie oddziału zakupami na fakturę, oraz nie obciąża obu stron czasochłonną kontrolą depozytu i kosztami jego utrzymania.

Ponadto tworzenie, oraz utrzymywanie komisów na produkty sprzedawane w opakowaniach zbiorczych jest niezgodne z polityką komisową wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 10**

Dotyczy: Część nr 4, poz. 7

Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z wymagania utworzenia depozytu na korzyść dostaw sukcesywnych.



Sondy występują w jednym rozmiarze, co ułatwia bezproblemowe zabezpieczenie oddziału zakupami na fakturę, oraz nie obciąża obu stron czasochłonną kontrolą depozytu i kosztami jego utrzymania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 11**

Dotyczy: Część nr 11, poz. 1-3

Zwracam się z wnioskiem o rezygnację z wymagania utworzenia depozytu na korzyść dostaw sukcesywnych.

Oferowane produkty występują w jednym rozmiarze, dodatkowo poz. 2 pakowana jest po 5 szt., a poz. 3 pakowana jest po 10 szt., co ułatwia bezproblemowe zabezpieczenie oddziału zakupami na fakturę, oraz nie obciąża obu stron czasochłonną kontrolą depozytu i kosztami jego utrzymania.

Ponadto tworzenie, oraz utrzymywanie komisów na produkty sprzedawane w opakowaniach zbiorczych jest niezgodne z polityką komisową wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**WYKONAWCA NR 5**

**Pytanie nr 12**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 Ust. 1:

1. Zamawiającemu przysługują kary umowne:

2) w wysokości **50 zł brutto** za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w §1 ust 2, a także [w §1A ust 1, w §1B ust 2 pkt b, w §1C ust 2] - zapisy objęte nawiasem kwadratowym dotyczą odpowiednio Części/pozycji Części do których odnoszą się poszczególne jednostki redakcyjne,

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Finansowo-Eksploatacyjnych  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy

*Artur Janiszewski*

NARADZONA DYREKTORA  
Zarządzenia Dyrektora  
W sprawie...

...