

Wałbrzych, dnia 25.03.2025 r.

DZPZ-530- Zp/93/PN/24

Wykonawcy – wszyscy***Sprostowanie udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 132 w dniu 24.03.2025r.***

Dotyczy: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla pozostałych jednostek szpitalnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności: Inwestycja D1.1.1 - Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności do procedur onkologicznych poprzez zakup kluczowego sprzętu oraz rozbudowę infrastruktury lokalowej celem poprawy warunków bytowych pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu" – Zp/93/PN/24

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 132 dot. pakietu nr 5 pkt 70

Czy Zamawiający dopuści do przetargu, wysokiej klasy ultrasonograf, renomowanego producenta posiadającego bez możliwości rozbudowy o obrazowanie objętościowe serca płodu tzw. STIC?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zatwierdzam:

**Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Adam Szkudlarek**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Agnieszka Dziadkiewicz
nr tel.: 74/6489941