



28 Wojskowy Oddział Gospodarczy
08-110 Siedlce, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 5



Siedlce, dnia 08.04.2025 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: *postępowania numer: D/20/2025 na dostawę urządzeń i materiałów medycznych dla 28 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z podziałem na 3 części (zadania)*

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – 28 Wojskowy Oddział Gospodarczy zawiadamia, że w postępowaniu nr D/20/2025 na dostawę urządzeń i materiałów medycznych dla 28 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z podziałem na 3 części (zadania), wpłynęło 5 wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielił następujących wyjaśnień:

WNIOSEK NR 1

Dzień dobry,
przesyłam pytania do postępowania.

Pozdrawiam

(...)

(...) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, w oparciu o następujące pytania:

Pytanie 1:

Zadanie 1, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod w opakowaniu a'2 z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z OPZ wymaga 20 sztuk (zam. podstawowe + opcja) elektrod. Podane wielkości opakowań służą do przeliczania wielkości przedmiotu

zamówienia. Wykonawca może zaoferować produkt w opakowaniu innej wielkości niż zostało to określone w formularzu ofertowym, pod warunkiem, że ogólna ilość (np., szt., op.) nie będzie mniejsza po przeliczeniu od przedmiotu zamówienia, a przekroczenie ilości będzie mniejsze niż wielkość opakowania handlowego. Przeliczenia należy uwzględnić w ofercie w formularzu ofertowym

Pytanie 2:

Zadanie 1, poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści kołnierz z 3-stopniową regulacją?

Z poważaniem

(...)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby kołnierz ortopedyczny posiadał co najmniej trzy stopnie regulacji odpowiadające standardowym rozmiarom kołnierzy ortopedycznych przeznaczonych dla niemowląt, dzieci oraz niskich dorosłych, tym samym dokona stosownych zmian w SWZ – Załącznik nr 1 do SWZ, Załącznik nr 2 do SWZ.

WNIOSEK NR 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pytania do treści SWZ.

Pozdrawiam,

(...)

Część 2

Pytanie 1:

Czy z części nr 2 pozycja nr 4 Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z pakietu lodówki na leki do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję potencjalnego Wykonawcy, tym samym pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 2:

Pozycja 5.

Czy Zamawiający dopuści materac próżniowy EasyFix PLUS II MOD na zasadzie równoważności? Materac ten ma wymiary 208 cm długości, 130/72 cm szerokości, 4,5 cm wysokości, co nieznacznie odbiega od wymaganych, jednak nie wpływa na jego

funkcjonalność. Posiada nośność 250 kg, co przewyższa wymagane 210 kg. Wyposażony jest w 10 uchwytów do przenoszenia oraz system pasów zabezpieczających w kształcie X, co zapewnia lepszą stabilizację pacjenta. Zestaw zawiera materac próżniowy, pompkę nożną, torbę transportową oraz dodatkowy zestaw naprawczy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokona stosownych zmian w SWZ – Załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie 3:

Pozycja 10.

Czy z części nr 2 pozycja nr 10 Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z pakietu zestawu triage do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję potencjalnego Wykonawcy, tym samym pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 4:

Pozycja 12.

Czy w ramach prowadzonego postępowania przetargowego możliwe jest dopuszczenie poniższego zestawu porodowego na zasadzie równoważności?

OPIS PRODUKTU:

1. PAKIET A – PRZEDPORODOWY: • 1 podkład chłonny 40 x 60 cm • 1 podkład papierowy niebieski 60 x 60 cm • 2 papierowe ręczniki do rąk 40 x 40 cm • 2 pary sterylnych rękawiczek lateksowych, rozmiar 7 – 7,5
2. PAKIET B – PORODOWY: • 1 gruszka do odsysania wydzieliny, niebieska • 4 zaciski pępowinowe • 4 gaziki 15 x 15 cm • 1 nożyczki 12 cm
3. PAKIET C – POPORODOWY: • 1 opaska identyfikacyjna dla noworodków • 1 kocyk dla noworodka 100 x 60 cm • 2 chusteczki papierowe 11 x 20 cm • 1 pielucha dla noworodka • 1 podpaska higieniczna siatkowa 20 x 7 cm • 1 torba foliowa na łóżysko żółta 50 x 38 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wyżej wymieniony zestaw porodowy na zasadzie równoważności, jeśli będzie zawierał pakiet A, B i C jako całość, tym samym pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 5:

Pozycja 13.

Czy części nr 2 pozycja nr 13 Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z pakietu zestawu szyn podciśnieniowych do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję potencjalnego Wykonawcy, tym samym pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Część 3.

Pytanie 6:

Pozycja 1.

Czy zamawiający potwierdzi możliwości dopuszczenia deski ortopedycznej oraz uniwersalnego systemu unieruchomienia głowy na zasadzie rozwiązania równoważnego?

Deska ortopedyczna wykonana jest z polietylenu wypełnionego pianką poliuretanową, co zapewnia jej wysoką trwałość oraz niezawodność w trudnych warunkach. Jej maksymalne obciążenie wynosi 204 kg, co w zdecydowanej większości przypadków jest wartością wystarczającą do bezpiecznego transportu pacjenta. Dodatkowo liczne otwory umożliwiają różne sposoby unieruchomienia pacjenta, a kompatybilność z systemami wyciągarek zwiększa jej funkcjonalność. Materiały przenikliwe dla promieni X ułatwiają diagnostykę bez konieczności przenoszenia pacjenta.

Uniwersalny system unieruchomienia głowy jest w pełni kompatybilny z większością dostępnych na rynku desek ortopedycznych. Zapewnia skuteczną stabilizację głowy pacjenta dzięki miękkiej podkładce i regulowanym paskom. Jego wodoodporna konstrukcja oraz zastosowanie materiałów przenikliwych dla promieni X gwarantują wygodę użytkowania oraz zgodność z wymaganiami medycznymi.

Ze względu na powyższe parametry oraz wysoką jakość wykonania, prosimy o potwierdzenie, że wskazane produkty mogą zostać uznane za równoważne wobec wymaganych przez Państwa rozwiązań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza deskę ortopedyczną oraz uniwersalny system unieruchomienia głowy na zasadzie rozwiązywania równoważnego, tym samym pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 7:

Pozycja 3.

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważnego rozwiązywania nosze płachtowe? Nosze wyposażone w osiem uchwytów do przenoszenia, a jego dopuszczalne obciążenie wynosi 250 kg, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Waga 1,9 kg ułatwia transport i obsługę, a zastosowanie materiału Complian / Tuplan 630 gwarantuje trwałość oraz odporność na warunki użytkowania. Zwracamy uwagę, że szerokość produktu wynosi 900 mm (90 cm), co nieznacznie przekracza standardowy zakres. Niemniej jednak nie wpływa to negatywnie na jego funkcjonalność, a wręcz stanowi dodatkowy atut, umożliwiając jeszcze lepsze wsparcie i stabilność pacjenta podczas transportu. Dodatkowe wyposażenie w kieszeń na nogi oraz pasy o szerokości 40 mm zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokona stosownych zmian w SWZ – Załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie 8:

Pozycja 4.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisu noszy SKED SK250.

Z dostępnych informacji wynika, że model SKED SK250 nie jest przeznaczony do działań wysokościowych ani do współpracy ze śmigłowcem. Natomiast opis funkcjonalności oraz parametrów wskazany w dokumentacji przetargowej bardziej odpowiada modelowi SK200C, który posiada wymiary 244 cm x 91 cm i jest dostosowany do tego typu zastosowań.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy w dokumentacji przetargowej nie nastąpiła omyłka i czy rzeczywiście wymagany przez Zamawiającego modelem są nosze SKED SK250, czy też powinien to być model SK200C.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wszystkie modele noszy typu SKED spełniające warunki określone w SWZ, tym samym dokona stosownych zmian w SWZ – Załącznik nr 1 do SWZ, Załącznik nr 2 do SWZ.

WNIOSEK NR 3

Dzień dobry,

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przesyłam poniżej pytania do Zamawiającego:

Pytanie 1:

1. Zadanie 1 pozycja 7 - Czy Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnych akcesoriów do posiadanych defibrylatorów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga elektrod do defibrylatorów zgodnie z OPZ, tym samym pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 2:

2. Zadanie 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do odrębnego pakietu pozycji 3 oraz 9?

Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a co za tym idzie zwiększy konkurencyjność.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję potencjalnego Wykonawcy, tym samym pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 3:

3. Zadanie 3 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści, przy zachowaniu pozostałych parametrów, deskę ortopedyczną o szerokości 46 cm i wadze 9,9 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści deskę ortopedyczną o szerokości 46 cm i wadze 9,9 kg pod warunkiem że zostaną zachowane pozostałe parametry, tym samym dokona stosownych zmian w SWZ – Załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie 4:

4. Zadanie 3 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści, przy zachowaniu pozostałych parametrów, nosze płachtowe z kieszenią na nogi o długości 198 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści nosze płachtowe z kieszenią na nogi o długości 198 cm, tym samym dokona stosownych zmian w SWZ – Załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie 5:

5. Zadanie 3 pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści, przy zachowaniu pozostałych parametrów, rolowane nosze ratunkowe typu SKED o wymiarach rozłożonych 245 x 92 cm, a złożonych – średnica 30 cm, długość 92 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wszystkie modele noszy typu SKED spełniające warunki określone w SWZ, tym samym dokona stosownych zmian w SWZ – Załącznik nr 1 do SWZ, Załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie 6:

6. Dotyczy wszystkich zadań - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 50 dni dla wszystkich zadań?

Z poważaniem

(...)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję potencjalnego Wykonawcy, tym samym pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

WNIOSEK NR 4

Witam serdecznie,

Poniżej przesyłam pytania do postępowania

DOTYCZY OPZ

Zadanie nr 1

Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie w poz. 5 elektrod z datą ważności 80% z całkowitego terminu ważności, gdyż elektrody G5 posiadają całkowity termin ważności 24 miesiące od dnia produkcji. Nierealna jest dostawa produktu z terminem ważności do 2029.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza elektrody z datą ważności 80% z całkowitego terminu ważności, tym samym dokona stosownych zmian w SWZ – Załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 2

Czy w poz. 9 Zamawiający dopuści glukometr o poniższych parametrach

- rozmiar próbki krwi do pomiaru: 0,5ul
 - typ próby: świeża krew kapilarna
 - metoda pomiaru: amperometryczna
 - czas pomiaru: 5 sekund
 - zakres pomiaru: 10~600 mg/dL (0.6~33.3 mmol/L)
 - kalibracja: odpowiednia dla osocza
 - zakres hematokrytu: 20% – 60%
 - pamięć: 500 wyników
 - zasilanie: jedna bateria litowa 3V typu CR 2032
 - wytrzymałość baterii: 1000 testów
 - wielkość: 50.0 x 91.5 x 19.0mm
 - waga: 57g
 - warunki robocze
 - zakres działania: 10~40°C
 - wilgotność względna: 10~90%
- lub
- Czas pomiaru: 5 sekund
 - Objętość próbki: 0,5 ul
 - Typ próbki krew: kapilarna lub żylna
 - Zakres pomiarowy: 10-900 mg/dL (0,6-50 mmol/L)
 - Pamięć: 1000 pomiarów
 - Wskaźnik LED: Podświetlenie LED
 - Interfejs: PC USB
 - Kalibracja: Bez kodowania
 - Warunki pracy: Temp.: 4 - 40 st. C / Wilg.: <85%
 - Warunki przechowywania: Glukometr: -10 - 60 st. C / Paski: 1 - 32 st. C
 - Bateria CR-2032 (bateria płaska)

- Żywotność baterii 3000 testów (z podświetleniem LED: 1000 testów)
- Rozmiar urządzenia (szer. x dł. x. wys.): 58 mm x 101,5 mm x 12,5 mm
- Waga: 40 g (z baterią)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuści glukometr spełniający wymagania zgodne z OPZ, tym samym dokona stosownych zmian w SWZ – Załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 3

Czy maski krtaniowe z poz. 22-28 mają być wykonane z PVC czy z silikonu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby maski krtaniowe z poz. 22-28 wykonane były z PVC, tym samym dokona stosownych zmian w SWZ – Załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 4

Czy w poz. 31 Zamawiający dopuści nakłuwacze pakowane po 200 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań tj.8 op. A 200 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że podane wielkości opakowań służą do przeliczania wielkości przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaoferować produkt w opakowaniu innej wielkości niż zostało to określone w formularzu ofertowym, pod warunkiem, że ogólna ilość (np., szt., op.) nie będzie mniejsza po przeliczeniu od przedmiotu zamówienia, a przekroczenie ilości będzie mniejsze niż wielkość opakowania handlowego.

Przeliczenia należy uwzględnić w ofercie w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 5

Czy w poz. 33 Zamawiający ma na myśli opakowanie fabryczne producenta a50 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby w opakowaniu znajdowało się 10 rolek papieru, tym samym dokona stosownych zmian w SWZ – Załącznik nr 1 do SWZ, Załącznik nr 2 do SWZ.

ZADANIE NR 2

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 lodówkę na leki spełniającą wymagania o pojemności 36l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lodówkę na leki spełniającą wymagania o pojemności 36l, tym samym dokona stosownych zmian w SWZ – Załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 7

Czy w poz. 5 Zamawiający dopuści materac o wymiarach 200 x 85 cm spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści materac o wymiarach 200 x 85 cm spełniający pozostałe parametry, tym samym dokona stosownych zmian w SWZ – Załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 8

Czy w poz. 6 Zamawiający dopuści pulsoksymetr spełniający wymagania, ale posiadający wyświetlacz TFT co pozwala na lepsze kąty widzenia, zakres pomiaru pulsu 30-250, długość fali podczerwieni 880nm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pulsoksymetr o powyższych parametrach, tym samym dokona stosownych zmian w SWZ – Załącznik nr 1 do SWZ.

WNIOSEK NR 5

w załączeniu pytanie do postępowania

Pytanie 1:

Czy Zamawiający mógłby uprzejmie doprecyzować, czy zapis §8 pkt 20 projektu umowy:

„Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny dostarczonych towarów w okresie gwarancji”

odnosi się wyłącznie do napraw gwarancyjnych, czy obejmuje również obowiązek wykonywania bezpłatnych przeglądów serwisowych w trakcie trwania gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w ramach gwarancji na sprzęt wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania przeglądów serwisowych w trakcie trwania gwarancji oraz napraw gwarancyjnych, według zaleceń producenta.

WNIOSEK NR 6

Witam serdecznie,

Z uwagi na to, iż dostawca dopiero poinformował mnie o konieczności zadania pytania zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie. Bez pozytywnej odpowiedzi na pytanie nie ma możliwości złożenia realnej do zrealizowania oferty

Pytanie nr 1

Nosze ratownicze typu SKED SK250 opisane w OPZ to nosze przeznaczone do działań specjalistycznych HAZMAT i nie są przystosowane do opisanych działań ratowniczych.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie dedykowanych do określonych działań, noszy firmy Skedco model SK 200C GR o następujących parametrach:

Nosze w postaci płachty wykonanej z elastycznego tworzywa sztucznego, które po spięciu pasami dopasowują się do poszkodowanego, usztywniają i zabezpieczają ciało pacjenta oraz głowę przed urazami

Pasy zabezpieczające o regulowanej długości wyposażone w atestowane klamry Cobra
Możliwość przenoszenia, ciągnięcia i ewakuacji wysokościowej pacjenta w pozycji horyzontalnej i wertykalnej

Możliwość ewakuacji pacjenta w noszach przy pomocy śmigłowca zarówno z przyziemienia jak i przy pomocy technik linowych

Nosze w konfiguracji akcesoriów pozwalających na: przenoszenie noszy przez 4, 6, 8 osób, przeciąganie noszy po podłożu, transport wysokościowy w pozycji wertykalnej, transport wysokościowy w pozycji horyzontalnej, ewakuację przy użyciu śmigłowca z zastosowaniem techniki linowej ze stabilizacją antyrotacyjną z ziemi (system antyrotacyjny w komplecie) z plecakiem transportowy na nosze i podstawowe akcesoria

Możliwość wykorzystania systemu szelek plecaka do ciągnięcia noszy na duże odległości przez 1 ratownika

Tworzywo sztuczne - polietylen o średniej gęstości z szerokim zakresem temperatur pracy

Materiał noszy odporny na działania i wnikanie chemikaliów, krwi, substancji ropopochodnych

temperatura pracy nie gorsza niż -49°C/ bez pęknięcia materiału do - 84°C

temperatura topnienia nie mniejsza niż : 230 °C

waga z akcesoriami - maks 9 kg

wielkość po rozłożeniu - 91cm x 244cm

wielkość po zwinięciu - średnica 23 cm / długość 91 cm

Certyfikat na zgodność z wymaganą w Europie normą wysokościową EN1497

Rekomendacja komitetu TCCC

Numer NSN

W konfiguracji z noszami zestaw antyrotacyjny do śmigłowca składający się z :

lina główna o długości 91 m, 5/16", dobrze widoczna, unosząca się na wodzie

linki bezpieczeństwa (słabe ogniwo) 10 szt w wytrzymałości na zerwanie 120-140 kg

taśma V z karabinkiem do szybkiego zapięcia na noszach

worek transportowy na zestaw z pływakiem

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wszystkie modele noszy typu SKED spełniające warunki określone w SWZ, tym samym dokona stosownych zmian w SWZ – Załącznik nr 1 do SWZ, Załącznik nr 2 do SWZ.

KOMENDANT

/-/ płk Tomasz ZIMOLUŻYŃSKI