



WSzSL.FZ.381/19/25¹⁵⁴.2025

Legnica 08.04.2025r.

ZAINTERESOWANI

**DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI
NA DOSTAWY ZESTAWU DO WYKONYWANIA
ENDOSKOPOWYCH ZABIEGÓW USUWANIA KAMIENI NERKOWYCH - PROCEDUR RIRS**

znak sprawy WSzSL/FZ-19/25

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1 - dotyczy - TABELA B pkt.23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie najwyższej jakości Jednorazowy, sterylny płaszcz dostępu moczowodowego, do litotrypsji, zmniejszający ciśnienie wewnątrz układu moczowego, poprawiający pole widzenia, przyspieszający usuwanie złogów kamicznych, z systemem ciągłego odsysania o parametrach:

Płaszcz dostępu moczowodowego z giętką końcówką dystalną oraz funkcją odsysania podczas litotrypsji.

- Dostępny w rozmiarach: 10/12Fr, 11/13Fr, 12/14Fr oraz długościach: 40 cm lub 50 cm
- Możliwa kontrola odsysania poprzez przesuwą regulację zamknięcia odpowietrznika.
- Skalowanie co 1cm
- Płaszcz oraz poszerzacz z pokryciem hydrofilnym na całej długości.
- Na górze płaszcza uszczelka z otworem do wprowadzenia endoskopu.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do doprecyzowanego opisu przedmiot zamówienia w pkt 23 Załącznika 2A w zakresie rozmiarów. Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy w pozostałych parametrach.

Pytanie nr 2 - Dotyczy pkt 10

Prosimy o dopuszczenie: Kosz do sterylizacji giętkich endoskopów: kosz stalowy perforowany, z pokrywą zamykającą, z uchwytami na górze pokrywy, wyposażony w silikonowe pozycjonery, zapewniające stabilne umiejscowienie endoskopu

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do doprecyzowanego opisu przedmiotu zamówienia w pkt 10 Załącznika 2A.

Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 3 - Dotyczy pkt 10

Czy Zamawiający oczekuje, aby kosz do sterylizacji giętkich endoskopów był wyposażony w zintegrowany wewnątrz mały zamykany koszyk do przechowywania drobnych elementów, chodzi tu szczególnie o zabezpieczenie adapterów fiksujących włókno laserowe

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 4 -dotyczy Rozdziału VII projektowane postanowienia umowy § 3A pkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: W przypadku stwierdzenia wady ukrytej nie do usunięcia Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował treść projektowanych postanowień umownych w §3Aust. 6 w następujący sposób:
„W przypadku stwierdzenia wady ukrytej, której nie można usunąć - Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady.”

Pytanie nr 5 - dotyczy Rozdziału VII projektowane postanowienia umowy §5 pkt a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych do wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust 1 umowy?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umownych bez zmian. Kary umowne mają charakter prewencyjny i mają motywować Wykonawców do należytego wykonania umowy. Przed naliczeniem wygórowanych kar umownych zabezpiecza Wykonawcę zapis § 5 ust. 3 projektu umowy.

Pytanie nr 6 - Dotyczy załącznika nr 2a – Formularz asortymentowo-cenowy – pkt 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga, aby kosze do sterylizacji spełniały poniższe parametry:



- wymiary wewnętrzne 538 x 251 x 62 (mm),
- perforacja dna kosza i pokrywy 4mm
- kosz wyłożony matą silikonową, wyposażony w mocowania silikonowe z możliwością zmiany położenia bez użycia narzędzi
Odpowiedź: Zamawiający odsyła do doprecyzowanego opisu w zakresie wymiarów kosza. Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy również w pozostałych parametrach.

Pytanie nr 7 - Dotyczy załącznika nr 2a – Formularz asortymentowo-cenowy – pkt 22

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż wózek jezdny spełniał poniższe parametry:

- kolumna ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 38 mm
- wysokość od podłoża do uchwyty: 1200 mm
- średnica podstawy: 610 mm
- uchwyt przystosowany do monitora: 17"-27"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w pkt 22.

Pytanie nr 8 - Dotyczy załącznika nr 2a – Formularz asortymentowo-cenowy – pkt 23

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, iż zamawiający wymaga dostępności/możliwości wyboru/zamówienia płaszcza dostępu moczowodowego o rozmiarze wewnętrznym płaszcza w zakresie 9,5Fr – 14Fr oraz długości 36/40/46/55 cm? Zastosowanie cieńszej koszulki (9,5Fr) powoduje mniejszą traumatyzację moczowodu i może mieć duże znaczenie przy występujących w nich zwężeniach

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do doprecyzowanego opisu przedmiotu zamówienia w pkt 23.

Pytanie nr 9 - Dotyczy rozdziału VII SWZ – Projektowane postanowienia umowy §5

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych opisanych w §5 odpowiednio:

- z 3% do 1,5%
- z 500 zł do 250 zł
- z 50 zł do 25 zł
- ze 100 zł do 50 zł
- z 10% do 5%
- z 20% do 10%

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umownych bez zmian. Kary umowne mają charakter prewencyjny i mają motywować Wykonawców do należytego wykonania umowy. Przed naliczeniem wygórowanych kar umownych zabezpiecza Wykonawcę zapis § 5 ust. 3 projektu umowy.

Pytanie nr 10 - Dotyczy rozdziału VII SWZ – Projektowane postanowienia umowy §5

Zwracamy się z prośbą o dodanie kolejnego ustępu (8) o następującym brzmieniu:

„8. Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar umownych.”

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował treść projektowanych postanowień umownych, poprzez dodanie ustępu 8 w paragrafie 5 w brzmieniu: „8. W przypadku przedłużającej się naprawy ponad terminy określone umową, Wykonawca ma prawo dostarczyć Zamawiającemu urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie zastępowane oraz posiadające wszelkie niezbędne dopuszczenia, certyfikaty oraz aktualne przeglądy.

W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego kary umowne mogą być naliczane wyłącznie za okres od upływu określonych umową terminów do czasu uruchomienia urządzenia zastępczego.”

Uwaga!

1. Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Zmiany treści SWZ (w tym w Załączniku 2A), dokonane w wyniku udzielonych odpowiedzi oraz z własnej inicjatywy Zamawiającego wprowadzone zostały czcionką koloru zielonego.
3. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 17.04.2025 r. Godziny pozostają bez zmiany.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowo-Eksploatacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Artur Janiszewski