



WSzSL.FZ.381./23/ 208 / 2025

Legnica 17.04.2025r.

Do wszystkich zainteresowanych

**DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW KOAGULOLOGICZNYCH
WRAZ Z NAJMEM DWÓCH ANALIZATORÓW KOAGULOLOGICZNYCH ORAZ
DODATKOWEGO SPRZĘTU**

znak sprawy WSzSL/FZ-23/25

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Czy przynajmniej analizator podstawowy nie powinien być nowy fabrycznie?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczane zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 2

Czy oferowane odczynniki powinny być oryginalnymi odczynnikami pochodzącymi od producenta analizatora?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczane zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 3

Czy ocena interferencji HIL (parametr oceniany) powinna w sposób czytelny dla diagnosty przedstawiać znaleziony poziom interferencji w stosunku do progu ostrzegawczego dla danego parametru i odczynników ustalonego przez producenta, zgodnego z ulotką odczynnikową (tak by diagnosta od razu wiedział jak bardzo przekroczony jest próg interferencji) ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczane zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 4

W opisie stacji komputerowych znalazło się stwierdzenie, że mają sterować „platformą”. Czy nie jest to pomyłka pisarska? (Przedmiot przetargu nie dotyczy platformy)

W odpowiedzi na pytanie: Nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający odpowiednio zmodyfikował SWZ w powyższym zakresie.

2



Pytanie nr 5

Czy przebijanie korków zamkniętego pobrania (parametr oceniany) powinno również dotyczyć próbek pilnych?

W odpowiedzi na pytanie: Dotyczy wszystkich próbek w tym pilnych.

Pytanie nr 6

Wymaganie/parametr "jeden/ten sam" materiał kontrolny dla PT, APTT, Fib, AT, białka C i białka S": Czy w parametrze nie powinien być w nim również uwzględniony czas trombinowy, który Zamawiający wykonuje codziennie?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, powinien być również uwzględniony czas trombinowy. Zamawiający odpowiednio zmodyfikował SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 7

Zamawiający wymaga zaoferowania liniowości oznaczania d-dimerów zaledwie minimum 4500ng/ml w pierwszym oznaczeniu. Czy Zamawiający będzie również określał poziom DDimerów w próbkach zawierających wysokie stężenia DDimerów przekraczających tę wartość (w opcji automatycznego rozcieńczenia). Czy Zamawiający wymaga doliczenia odpowiedniej liczby testów „na powtórki”? Zwracamy uwagę, że na rynku dostępne są d-dimery o znacznie wyższej liniowości pomiaru w pierwszym oznaczeniu. Jest rzeczą oczywistą, że liczba powtórek jest mniejsza w przypadku testów o wyższej liniowości standardowego pomiaru w pierwszym oznaczeniu w porównaniu z testami o niższej liniowości. Konieczność zaoferowania jednakowej ilości testów niezależnie od ich liniowości jest niekorzystna dla Wykonawców posiadających wyższą liniowość testu, który dzięki temu wymaga mniejszej ilości powtórek. Ze względu na to, że odczynniki do D-dimerów stanowią istotny element kosztotwórczy oferty o modyfikację tego zapisu i podanie szacunkowych ilości (np. w %) wykonywanych próbek:

- <4500 ng/ml FEU

- w przedziale pomiędzy 4500-7500 ng/ml FEU

- >7500 ng/ml FEU

Pozwoli to dostosować ilość oferowanych odczynników do liniowości oferowanego testu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający będzie określał poziom DDimerów w próbkach zawierających wysokie stężenia DDimerów. Nie wymaga doliczenia testów powtórkowych.

Pytanie nr 8

Prosimy o zmianę zapisu w projektowanych zapisach umowy:

„W przypadku 3-krotnej awarii analizatora w okresie obowiązywania umowy – Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany analizatora na nowy, o parametrach nie niższych niż najmowany”

Na

„W przypadku 3 krotnej awarii tego samego elementu analizatora w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do wymiany analizatora na inny egzemplarz, o parametrach nie niższych niż najmowany”.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy odpowiednio modyfikując SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 9

Prosimy o zmianę zapisu w projektowanych zapisach umowy:

„Dopuszcza się dokonywanie napraw zdalnie, poprzez linię serwisową czynną przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 21.00 pod numerem”

na

„Dopuszcza się dokonywanie napraw zdalnie, poprzez linię serwisową czynną przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 21.00 pod numerem lub też zawiadomienie serwisu drogą e-mailową na adres e-mail: w wyniku czego inżynier serwisowy połączy się z nr telefonu wskazanym w e-mailu i przystąpi do naprawy zdalnej. Usługa dostępna 7 dni w tygodniu w godz. 8.00-21.00”



W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy odpowiednio modyfikując SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający zechce zrezygnować z zapisu w projektowanych postanowieniach umowy:

„Zamawiający zastrzega możliwość zmiany systemu LIS. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie bez odrębnego wynagrodzenia do dokonania ponownego przyłączenia do sieci LIS”?

Uzasadnienie: W przypadku zmiany systemu LIS standardem jest że podłączenia wszystkich analizatorów znajdujących się w laboratorium dokonuje nowy dostawca systemu LIS.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy odpowiednio modyfikując SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 11

Prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 4 dni roboczych.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy odpowiednio modyfikując SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 12

Prosimy o wydłużenie terminu dostarczenia przedmiotu najmu do 30 dni od podpisania umowy.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Czy w kryterium oceny Parametrów funkcjonalno-użytkowych analizatorów termin „Największa ilość przyznanych ofercie punktów cząstkowych” użyty we wzorze obliczania oceny dotyczy maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów” czy też liczby punktów, którą uzyskała najwyżej oceniona oferta spośród wszystkich ofert złożonych w przetargu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający określił sposób obliczania kryteriów oceny ofert w Rozdziale XVIII.

Pytanie nr 14

Czy w przypadku kontroli do analiz krzepnięciowych (PT, APTT, Fibrynogen, TT) trwałej 24h po otwarciu (rekonstytucji) można zakładać przy kalkulacji, że Zamawiający będzie wykonywał oznaczenia w dniu otwarcia fiolki i jej rekonstytucji oraz także w dniu następnym, tak aby dobrze wykorzystać materiał kontrolny i codziennie nie otwierać nowej fiolki?

W odpowiedzi na pytanie: Tak.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie do celów realizacji prac wdrożeniowych i/lub serwisowych, połączenie typu VPN?”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę. W celu udostępnienia konieczne będą wcześniejsze ustalenia z Zamawiającym.

Pytanie nr 16

Prosimy o wskazanie osoby ze strony Zamawiającego odpowiedzialnej za odbiór podłączenia LIS/HIS (Imię, Nazwisko, email, telefon).

W odpowiedzi na pytanie: andrzej.biesaga@szpital.legnica.pl tel.76/72 11 351

Pytanie nr 17

Prosimy o wskazanie osoby kontaktowej ze strony Zamawiającego odpowiedzialnej za kontakt przy realizacji podłączenia LIS/HIS (Imię, Nazwisko, email, telefon).

W odpowiedzi na pytanie: andrzej.biesaga@szpital.legnica.pl tel.76/72 11 351



Pytanie nr 18

Dotyczy Rozdziału XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie progu, o którym mowa w par. 6 ust.1 pkt.2 do 0,1%?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie progu, o którym mowa w par. 6 ust.1 pkt.3, pkt.4, pkt.5 do PLN50?

Prośba motywowana jest koniecznością dostosowania proponowanych kar do poziomu przyjętego powszechnie w obrocie w analogicznych sytuacjach.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20

Dot. Par. 2 pkt. 5: Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający dysponuje w swoich zasobach i udostępni celem przechowywania odczynników i materiałów zużywalnych półkę w chłodziarce zapewniającą temperaturę w granicach 2-8 st. C. oraz półkę zapewniającą przechowywanie w temperaturze pokojowej?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, Zamawiający dysponuje.

Pytanie nr 21

Dot. Par. 3 pkt. 1: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: Towar, o którym mowa w §1 pkt 1) będzie dostarczany przez Wykonawcę do Zakładu Medycyny Laboratoryjnej w godzinach od 7.15 – 14.30, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia bądź w konkretnym terminie wskazanym w zamówieniu (termin ten nie może być krótszy niż 2 dni robocze od złożenia zamówienia). Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt określonych ustawowo.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odsyła do udzielonej odpowiedzi na Pytanie nr 11.

Pytanie nr 22

Dot. Par. 3 pkt. 2: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: W przypadku opatrzenia zamówienia znakiem „PILNE” – Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 48 godz. roboczych od momentu złożenia zamówienia. Potrzeba zmiany zapisów spowodowana jest koniecznością sprowadzenia asortymentu z magazynów zlokalizowanych poza granicami Polski.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy odpowiednio modyfikując SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 23

Dot. Par. 3 ust. 6: Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie wszystkich dokumentów (metryki badań, ulotek odczynników, instrukcji, etc.) w formie elektronicznej?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 24

Dot. Par. 2A pkt 4 : Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: W przypadku 3-krotnej awarii tego samego podzespołu analizatora w okresie obowiązywania umowy – Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany analizatora na inny wolny od wad, o parametrach nie niższych niż najmowany.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odsyła do udzielonej odpowiedzi na Pytanie nr 8.

Pytanie nr 25

Dotyczy Załącznika nr 2A:

• Prosimy o doprecyzowanie - parametry jakiego zestawu komputerowego określa tabela D w załączniku 2A? Czy są to parametry komputera mającego służyć do obsługi oprogramowania LIS



(rejestrowanie materiału, obsługa sterowników, etc.), czy komputera bezpośrednio sterującego pracą analizatora (tzw. IPU – instrument processing unit)?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyjaśnia, że określił parametry komputera służącego do obsługi oprogramowania LIS.

Pytanie nr 26

• Jeżeli tabela w załączniku D określa komputery do obsługi LIS czy zamawiający odstąpi od wymogu obsługi dotykowej panelu?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 27

• Jeżeli tabela w załączniku D określa komputery do obsługi LIS i panel dotykowy jest konieczny czy wykonawca może dostarczyć komputery typu All i One?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odsyła do udzielonej odpowiedzi na Pytanie nr 26.

Pytanie nr 28

• Jeżeli tabela w załączniku D określa komputery do bezpośredniego sterowania analizatorem (tzw. IPU), czy zamawiający dopuści system operacyjny Windows 10 z NET Framework 4.7.2 i SQL Server?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29

• Dot. Tabeli E pkt 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizatory z systemem kontrolowania odczynników z pomiarem ich objętości, uwzględnieniem numerów serii, terminu ważności na pokładzie analizatora bez podania liczby testów do wykonania?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 30

• Dot. Tabeli E pkt 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizatory bez wykrywania mikroskrzepów i prawidłowego poziomu napełnienia probówki?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 31

• Dot. Tabeli E pkt. 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników gdzie górna granica liniowości w pierwszym badaniu wynosi 4400 ng/ml? Typowy skalibrowany zakres pomiarowy wynosi od 170 do 4400 ng/ml przy pierwszym oznaczeniu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 32

• Dot. Tabeli E pkt 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników o trwałości odczynników do PT, APTT, Fib. i D-dimerów do 48 godzin w warunkach ciągłego przechowywania na pokładzie analizatora?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 33

Dotyczy Rozdziału XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy:

• Par. 2A pkt 1: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: *Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady i usterki przedmiotu najmu na miejscu u Zamawiającego, nie później niż w ciągu 48 godzin roboczych*



od chwili zgłoszenia faktu niesprawności. Wynika to z faktu konieczności uwzględnienia czasu niezbędnego do sprowadzenia wymaganych części.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy odpowiednio modyfikując SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 34

- Par. 2A pkt 5: Czy zamawiający dopuści dokonywanie napraw zdalnie, poprzez linię serwisową czynną przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 20.00?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odsyła do udzielonej odpowiedzi na Pytanie nr 9

UWAGA!

- Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
- Zmiany wprowadzono czcionką koloru niebieskiego.
- Przy składaniu oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone przez Zamawiającego zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).
- Zmianie ulegnie termin składania i otwarcia ofert

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowo-Eksploatacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
Artur Janiszewski

M