



Katowice, dnia 25.03.2025r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych do zabiegów angiograficznych, znak sprawy ZP-25-030UN.

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Dotyczy przedmiotu zamówienia- pakiet nr 2
Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści do oceny Cewniki diagnostyczne zbrojone o różnych kształtach: JR3.5, JR4, JR5, JL3.5, JL4, JL4.5, JL5, JL6, JR6, TIG, PIG, PIG-145°, PIG-155°, MPA, MPA2, MPB, MPC, SHEPHERD HOOK I, SHEPHERD HOOK II, RENAL DOUBLE, IM, AR MOD, AR I MOD, AR II MOD, AL I, AL II, AL III, 3DRC, COBRA1, COBRA2, COBRA3, SIM1, SIM2, SIM3, HEADHUNTER1, HEADHUNTER2, HEADHUNTER3, HEADHUNTER5, HEADHUNTER6, RH, STRAIGHT, RS, RLG, VTK, Yashiro, Vartebral, końcówka robocza bardzo dobrze widoczna we fluoroskopii, długość od 100cm, średnica 4F, 5F, 6F? **Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.**
2. Dotyczy: Zadanie 5 - Prowadnik zabiegowy 0,014"; 0,018"; 0,035"
Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z wymagania utworzenia depozytu na korzyść dostaw sukcesywnych. Prowadniki są pakowane po 5 szt., co ułatwia bezproblemowe zabezpieczenie oddziału zakupami na fakturę, oraz nie obciąża obu stron czasochłonną kontrolą depozytu i kosztami jego utrzymania. Ponadto tworzenie, oraz utrzymywanie komisów na produkty sprzedawane w opakowaniach zbiorczych jest niezgodne z polityką komisową wykonawcy. **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z depozytu.**
3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2:
 1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 2 pkt 4 b i § 2 pkt. 5 niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości **0,5%** wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki w uzupełnieniu dokumentów określonych w §2 pkt 24, 25 którego dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości netto przedmiotu umowy **którego dotyczą niedostarczone dokumenty** za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości **10%** wartości netto ~~umowy~~ niezrealizowanej części umowy
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.
4. Pytanie do Pakietu nr 3 - Czy Zamawiający odstąpi od konieczności utworzenia depozytu na rzecz dostaw sukcesywnych w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z depozytu.
5. Do wzoru Umowy Zał.11 SWZ - W celu miarkowania kar wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej w przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 2 pkt 4 b i § 2 pkt. 5 niniejszej umowy do 1% wartości netto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. **Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**