



Znak sprawy: ZP/10/PN/2025

Zabrze, 27.03.2025 r.

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

tel. (32) 370 43 07
fax. (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

www.szpital.zabrze.pl

ODPOWIEDŹ nr 1 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z **art. 135 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320).

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1

dot. zadania nr 24

Czy Zamawiający w Zadaniu 24 oczekuje, aby zestaw był wyposażony w cewnik przezskórny o kształcie prostym (nie z zawiniętą końcówką).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie nr 2

dot. zadania nr 24

Czy Zamawiający w Zadaniu 24 oczekuje, aby zestaw był dostępny w co najmniej 2 rozmiarach cewnika przezskórnego (do wyboru).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie nr 3

dot. zadania nr 24

Czy Zamawiający w Zadaniu 24 oczekuje, aby zestaw był wyposażony w worek zbiorczy z kranikiem spustowym i odpowietrznikiem.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie nr 4

dot. zadania nr 24

Czy Zamawiający w Zadaniu 24 oczekuje, aby zestaw był wyposażony w linię przedłużającą, która dystansuje układ zastawek jednokierunkowych od ciała pacjenta (co ułatwia obsługę zestawu).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie nr 5

dot. zadania nr 24

Czy Zamawiający w Zadaniu 24 mógłby doprecyzować, czy w zestawie będzie bezpieczna igła Veressa.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe, w zestawie winna być bezpieczna igła Veressa.



Pytanie nr 6**dot. zadania nr 30**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 30 – zestawu do nefrostomii jednostopniowej, sterylnej zestaw do nefrostomii jednostopniowej o składzie: trokar 17G (1.4mm), końcówka igły o charakterystycznym ostrzu trójkątnym, cewnik typu pigtail wykonany z poliuretan z pamięcią kształtu o długości 30cm, połączenie Luer-lock, bezłateksowy łącznik/reduktor do worka na mocz wykonany z PCV z mechanizmem obrotowym o długości całkowitej 30cm, tulejka prostująca.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 7**dot. zapisów wzoru Umowy**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umownego zawartego w § 7 ust. 2 w następujący sposób:

- a) w wysokości 50,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3;
- b) w wysokości 50,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15;
- c) w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4;
- e) w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na dane zadania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 8**dot. zadania nr 5 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny innego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 9**dot. zadania nr 5 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści rurki z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 10**dot. zadania nr 13 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści wskaźnik wyskalowany jedynie w mmHg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 11**dot. zadania nr 13 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści dren o długości 20cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 12**dot. zadania nr 13 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści nierozłączalną gruszkę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 13**dot. zadania nr 16 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści prowadnicę z kanałem wewnętrznym do podawania tlenu podczas intubacji lub wymiany rurki, w komplecie dwa łączniki: 15 mm oraz luer-lock, powierzchnia zewnętrzna o wysokim połysku i niskim współczynniku tarcia poprawia poślizg rurki, wykonana z medycznego PE, pozbawiona lateksu, elastyczna, zaokrąglona, gładka, wygięta końcówka, skalowana co 1 cm, jałowa, jednorazowego użytku, pakowana w opakowanie papier-folia, rozmiar 5,0mm, długość 70cm?



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 14

dot. zadania nr 20 poz. 1

Czy zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z tylną białą ścianą i zastawką antyzwrotną, z podziałką i możliwością wieszania przy łóżku pacjenta, pojemność 2000ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 15

dot. zadania nr 20 poz. 2

Prosimy o informację do czego ma służyć irygator?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż irygator będzie służył do lewatywy.

Pytanie nr 16

dot. zadania nr 20 poz. 5

Czy zamawiający dopuści miskę nerkową wykonaną z polipropylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 17

dot. zapisów wzoru Umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 7 ust. 2:

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- a) w wysokości **50,00** złotych brutto (słownie: **pięćdziesiąt** złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3;
- b) w wysokości **50,00** złotych brutto (słownie: **pięćdziesiąt** złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15.
- c) w wysokości **500,00** zł (słownie: **pięćset** złotych 00/100) za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4,
- d) w wysokości **0,05% wartości** brutto **planowanej dostawy**, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5, tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym,
- e) w wysokości **10% niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na dane zadania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 18

dot. zapisów wzoru Umowy

Ad par 7 ust. 2 pkt. a,b wzoru umowy. Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

"2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- a) w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3;
- b) w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15. "

Proponowana minimalna wartość kary 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki jest nadmiernie wysoka i nieproporcjonalna do wartości zamówienia oraz odbiegająca od standardów przyjętych na rynku

wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 19

dot. zadania nr 1 poz. 1

W związku z wprowadzeniem nowej, ulepszonej wersji układów, prosimy o dopuszczenie - Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, noworodkowy układ oddechowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym, z automatyczną komorą nawilżacza do aktywnego nawilżania z Fisher & Paykel MR850, z podstawą przeciw oparzeniową, przeznaczony do stosowania u noworodków z objętością oddechową do 100 ml. Średnica rur i złączy 10 mm, złącza elastyczne, rury gładkie w środku, grzałka w ścianach układu, ramie wydechowe zaopatrzone w pułpkę wodną, materiał EVA, PE, TPE, PP, PC, SBC, POM, SAN, stal, wszystkie komponenty przewodzące gaz nie zawierają lateksu, PVC i DEHP, długość rur 1,7m, łącznik Y odłączalny, wejście układu zabezpieczone kapturkiem, przecieki przy 60mbar < 30 ml/min, czujnik temperatury mocowany na klik. Rury karbowane kodowanie kolorystycznie (biała – niebieska). Układ zoptymalizowany do HFO, wejście do układu zabezpieczone kapturkiem; układ kompatybilny z respiratorem Babylog, VN500.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 20

dot. zapisów wzoru Umowy

§ 7 ust. 6 uprzejmie prosimy o zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 20 %.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 21

dot. zapisów wzoru Umowy

Czy Zamawiający zmieni zapisy w umowie :

Kary umowne §7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:
 - a) w wysokości 1 % wartości netto, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3;
 - b) w wysokości 1 % wartości netto, za każdy dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15.
 - c) w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4,
 - d) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5, tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym,
 - e) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na dane zadania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 22

Pakiet 19 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMMMS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 23

Pakiet 19 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści rękaw wszyty prosto?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 24

Pakiet 19 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści 3 naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 25

Pakiet 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie o gramaturze 40 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 26

Pakiet 19 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga fartucha higienicznego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oczekuje dostawy fartuchów o gramaturze 30 g/m². Jednocześnie zamawiający dopuszcza gramaturę 25 g/m² zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 52.

Pytanie nr 27

Pakiet 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane a 100 sztuk w folię?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację w kolumnie „producent” lub pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 28

Pakiet 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za rolkę a 100 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację w kolumnie „producent” lub pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 29

Pakiet 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z folii przeźroczystej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 30

Pakiet 19 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści r. uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że materiał nie będzie przezroczysty.

Pytanie nr 31

Pakiet 19 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m² ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, iż materiał nie będzie przezroczysty.

Pytanie nr 32

Zadanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: kompletny układ oddechowy, noworodkowy do użytku z nawilżaczem MR-850 wyposażony w podgrzewane ramię wdechowe, niepodgrzewane ramię wydechowe z pułapką wodną, komorę nawilżacza, zestaw adapterów, dren przedłużający do inkubatora 0,4 m, łącznik Y z portem, przystosowany do respiratora Babylog VN 500, całkowita długość układu 120 cm. Układ bez lateksowy, mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 33**Zadanie nr 7 Poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: jednorazowych czapeczek do mocowania przyłącza pacjenta w systemie typu IF dostępnych w 12 rozmiarach kompatybilna z układem oddechowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 34**Zadanie nr 7 Poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: kaniul donosowych (dowolny rozmiar XS,S, M,L) kompatybilna z generatorem WILLAflow nCPAP.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 35**Zadanie nr 5, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie rurek intubacyjnych zgodnych z opisem:

Rurka intubacyjna z mankietem

- Gładka, ścięta i starannie uformowana, kapturkowa końcówka ułatwiająca intubację i zapewniająca pacjentowi wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu
- Mankiet o dużej objętości i niskim ciśnieniu pomaga zapewnić skuteczne uszczelnienie mankieta przy niskim ciśnieniu, w przypadku intubacji podczas długotrwałej wentylacji
- Oznaczenia głębokości intubacji i wstępnie zamontowany łącznik 15 mm
- Nadaje się do intubacji zarówno ustnej, jak i nosowej.
- Linia rentgenowska Tip-to-Tip umożliwia bezpieczną kontrolę pozycjonowania
- Oko Murphy'ego jako dodatkowa funkcja bezpieczeństwa
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- podwójne oznaczenie rozmiaru - na rurce oraz łączniku
- skala co 1 cm (numeryczna co 2 cm)

Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Długość
2,5 mm	3,7 mm	150 mm
3,0 mm	4,2 mm	170 mm
3,5 mm	4,9 mm	185 mm
4,0 mm	5,5 mm	205 mm
4,5 mm	6,2 mm	225 mm
5,0 mm	6,9 mm	245 mm
5,5 mm	7,5 mm	275 mm
6,0 mm	8,2 mm	285 mm
6,5 mm	8,8 mm	295 mm
7,0 mm	9,6 mm	305 mm
7,5 mm	10,2 mm	315 mm
8,0 mm	10,9 mm	325 mm
8,5 mm	11,5 mm	325 mm
9,0 mm	12,1 mm	325 mm
9,5 mm	12,7 mm	325 mm
10 mm	13,6 mm	325 mm

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 36**Zadanie nr 12, poz. 8**

Proszę o dopuszczenie igły do pobierania leków Typ szlif igły otówkowy z bocznym otworem. Pozostałe wymagania godne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 37**Zadanie 19, poz. 3**

Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, **Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż fartuchy będą stosowane przy procedurach medycznych i używane przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Zamawiający wymaga wyrobu medycznego.

Pytanie nr 38**Zadanie 19, poz. 3**

W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętymi stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, **prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga wyrobu medycznego.

Pytanie nr 39**Zadanie 19, poz. 3**

Jeżeli Zamawiający **nie** oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to **czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?**

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie. Patrz pytanie nr 37.

Pytanie nr 40**Zadanie 19, poz. 3**

Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie. Patrz pytanie nr 37.

Pytanie nr 41**Zadanie 19, poz. 5**

Proszę o dopuszczenie FARTUCH MEDYCZNY zgodny z opisem:

- Wyrób jednorazowego użytku
- Przeznaczony dla personelu medycznego do podstawowych zastosowań w sytuacjach klinicznych.
- Fartuch wiązany w pasie, rękawy zakończone mankietem
- Dostępność rozmiarów od M do XXL
- Dostępne gramatury 30 g/m²
- Kolory biały
- Pakowany pojedynczo lub po 10 sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga pod warunkiem, że materiał nie będzie przezroczysty.

Pytanie nr 42**Zadanie 3, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie bez portu bocznego z niezdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli, cewnik wykonany z teflonu (FEP)? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 43**Zadanie 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych o prędkości przepływu 36 ml/min, wykonane z teflonu (FEP), z portem bocznym, 22G / 0,9x25mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 44**Zadanie 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych o prędkości przepływu 36 ml/min, wykonane z poliuretanu (PUR), z portem bocznym, 22G / 0,9x25mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 45**Zadanie 3, poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację w kolumnie „producent” lub pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 46**Zadanie 12, poz. 1-7**

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż jednostka miary „szt” odnosi się do opakowania A'100szt. Zatem Zamawiający wskazując np.: w pozycji 1 liczbę 310 w kolumnie „ilość” oczekuje wyceny i dostawy 310 opakowań igieł pakowanych po 100szt (310 x A'100). Patrz modyfikacja nr 1 SWZ.

Pytanie nr 47**Zadanie 12, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł do pobierania i rozpuszczania leków za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż jednostka miary „szt” odnosi się do opakowania A'100szt. Zatem Zamawiający wskazując w pozycji 8 liczbę 1400 w kolumnie „ilość” oczekuje wyceny i dostawy 1400 opakowań igieł pakowanych po 100szt (1400 x A'100). Patrz modyfikacja nr 1 SWZ.

Pytanie nr 48**Zadanie 12, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści igłę 18G x 40mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 49**Zadanie 19, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami wszytymi prosto, zapewniającymi swobodę ruchów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 50**Zadanie 19, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniem o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 51**Zadanie 19, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z materiału SMMS ze wzmocnieniem o gramaturze 42g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 52**Zadanie 19 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 53

Zadanie 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch przezroczysty pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe a następnie zbiorczo 100 szt. w kartonik.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 54

Zadanie 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaczkę z zastawką (worek) z białą przednią i tylną ścianą, na tyle przezierną by umożliwić odczyt poziomu oddanego moczu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 55

Zadanie 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację w kolumnie „producent” lub pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 56

Zadanie 20 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację w kolumnie „producent” lub pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 57

Zadanie 20 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową z polipropylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 58

Zadanie 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy dla dorosłych z jedną maską w zestawie (rozmiar maski 5)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 59

Zadanie 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy dla dorosłych pakowany razem z maską nr 5, maski 3 i 4 pakowane osobno wycenione razem jako komplet?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 60

Zadanie 27, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy dla noworodków z jedną maską w zestawie (rozmiar maski 1)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 61

Zadanie 27 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy dla noworodków pakowany razem z maską nr 1, maska 0 pakowana osobno wycenione razem jako komplet?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 62

Zadanie 27, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy dla noworodków z jedną maską w zestawie (rozmiar maski 2)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 63

Zadanie 27, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy dla dzieci pakowany razem z maską nr 2, maski 1 i 0 pakowane osobno wycenione razem jako komplet?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 64

dotyczy: Zadanie nr 2, pozycja nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do podawania żywienia pozajelitowego kompatybilnego z posiadaną przez Szpital pompą infuzyjną Fresenius Agilia, o objętości wypełnienia 25ml? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 65

dotyczy: Zadanie nr 2, pozycja nr 4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu do podawania żywienia pozajelitowego kompatybilnego z posiadaną przez Szpital pompą infuzyjną Fresenius Agilia, który posiada objętość wypełnienia 28,4 ml, nie zawiera PCV, bo dreny są wykonane z poliuretanu i gwarantuje ochronę przed światłem? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 66

Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ – Szczegółowy formularz ofertowy, pakiet 22

Prosimy o wskazanie modelu wstrzykiwacza jaki posiada Zamawiający. Informacja jest niezbędna w celu zaoferowania kompatybilnych wężyków z danym sprzętem, który posiada Zamawiający. W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada Wstrzykiwacz Ulrich Medical model XD8000. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców.

Pytanie nr 67

Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ – Szczegółowy formularz ofertowy, pakiet 22

Czy Zamawiający będzie wymagał wężyków zatwierdzonych przez producenta o wytrzymałości ciśnieniowej 22,4 bar? W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga powyższego. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców.

Pytanie nr 68

Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ – Szczegółowy formularz ofertowy, pakiet 22

Czy Zamawiający będzie wymagał złożenia oryginalnej instrukcji obsługi produktów zatwierdzonych przez producenta wężyków wraz z tłumaczeniem na język polski, które będą dołączone do opakowania zbiorczego wężyków? W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymagania w zakresie przedmiotowych środków dowodowych i innych dokumentów zostały określone w SWZ, w tym we zwrócenie umowy.

Pytanie nr 69**Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ – Szczegółowy formularz ofertowy, pakiet 22 poz.1**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wężyk pompy posiadał filtr cząstek o wydajności 15 µm? Czy powyższa wielkość powinna być potwierdzona dodatkowym oświadczeniem producenta wężyków? W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga powyższego. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców.

Pytanie nr 70**Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ – Szczegółowy formularz ofertowy, pakiet 22 poz.1**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wężyk pompy zawierał czujnik ciśnienia ze zintegrowanym filtrem cząstek? W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga powyższego. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców.

Pytanie nr 71**Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ – Szczegółowy formularz ofertowy, pakiet 22**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy w przypadku zaoferowania przez Wykonawców zamiennika (produktu równoważnego) oryginalnych (zatwierdzonych przez producenta wstrzykiwacza) wężyków pompy i pacjenta Zamawiający będzie wymagał pisemnej zgody w formie oświadczenia producenta produktów (wymaga się złożenia oświadczenia wraz z tłumaczeniem na język polski) na użytkowanie materiałów eksploatacyjnych bez utraty certyfikatu CE. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający będzie wymagał oświadczenia, w którym Wykonawca zagwarantuje użytkowanie wstrzykiwacza bez ingerencji osób trzecich w budowę i funkcjonowanie wstrzykiwacza, który Zamawiający posiada np. montaż dodatkowych uchwytów, dolepek itp. Zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 oraz art. 20 rozporządzenia (WE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 oznakowanie CE wskazuje, że dane urządzenie medyczne zostało zbadane przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa. Wszelka ingerencja i zmiana charakterystyki urządzenia medycznego bez zgody producenta urządzenia medycznego powoduje naruszenie CE i jednocześnie pozbawienie certyfikatu CE. W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie skutkuje naruszeniem art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie ogranicza uczciwej konkurencji, a także równo traktuje Wykonawców, tym samym pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 72**Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ – Szczegółowy formularz ofertowy, pakiet 22**

Czy Zamawiający będzie wymagał kompatybilnego produktu z pompą automatyczną do podaży kontrastu posiadaną przez Zamawiającego - m.in. czy produkty muszą pasować do zacisków pompy bez możliwości ich rozłączania się w trakcie prowadzenia badania lub powstawania jakichkolwiek nieszczelności prowadzących do zaciągania powietrza oraz muszą zapewniać prawidłowy przepływ kontrastu, co jest bezpośrednio związane z bezpieczeństwem pacjenta i prawidłowym przebiegiem badania? W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga powyższego. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców.

Pytanie nr 73**Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ – Szczegółowy formularz ofertowy, pakiet 22**

Czy w celu sprawdzenia jakości produktów Zamawiający będzie wymagał dostarczenie próbek po 1 szt. do każdej pozycji? W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 74**Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ – Szczegółowy formularz ofertowy, pakiet 22**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że realizacja dostaw częściowych będzie w ilościach obejmujących pełne opakowania zbiorcze: wężyk pompy 10szt., wężyk pacjenta 100szt. i tym samym

zamówienia będą składne tylko na całe opakowania zbiorcze. Ze względu na zachowanie sterylności jesteśmy zobowiązani, aby materiały dostarczać w oryginalnych opakowaniach od producenta, w związku z czym nie mamy możliwości przepakowania. W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i formularza asortymentowo-cenowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż możliwe jest w takim przypadku składanie zamówień na całe opakowania zbiorcze. Wykonawca winien wskazać ilości w opakowaniach zbiorczych pod tabelą w szczegółowym formularzu ofertowym.

Pytanie nr 75

Dotyczy: SWZ, Część IV – Wzór umowy, § 5 ust. 1

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...) Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 76

Dotyczy: SWZ, Część IV – Wzór umowy,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby umieścić poniższy zapis w umowie:

Wykonawca ma obowiązek dokonania napraw wstrzykiwaczy w sytuacji gdy ich uszkodzenie powstanie w wyniku stosowania Przedmiotu dostawy dostarczonego przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od obowiązku naprawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów 100 % wartości kosztu naprawy w/w urządzenia. Za podstawę żądania przez Zamawiającego kosztów naprawy wstrzykiwaczy uważa się pisemną opinię lub ekspertyzę serwisu urządzenia. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta. Koszty związane z naprawą, opinią i/lub ekspertyzą oraz transportem ponosi Wykonawca. W celu zachowania zasady przejrzystości postępowania prosimy o wpisanie odpowiedzi na powyższe pytanie do SWZ lub/i umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. Powyższy wymóg nie został określony w SWZ, a katalog sankcji i wymagań został określony we wzorze umowy.

Pytanie nr 77

Dotyczy: SWZ, Część IV – Wzór umowy, § 7 ust. 2 lit. c)

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej do 500 zł. za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 78

Dotyczy: SWZ, Część IV – Wzór umowy, § 7 ust. 2 lit. d)

Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu zawartego w § 7 ust. 2 lit. d). Krzywdzące jest, aby Wykonawca ponosił karę za brak powiadomienia o dostawie. Nie wpływa to bezpośrednio na jakość realizacji zamówienia, a w efekcie całej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 79**Dotyczy: SWZ, Część IV – Wzór umowy, § 7 ust. 2 lit. d)**

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, prosimy Zamawiającego zmianę zapisu w taki sposób, żeby kary umowne były naliczane tylko w przypadku braku powiadomienia z winy Wykonawcy. Wykonawca nie może zostać karany za brak powiadomienia w przypadku, gdy podjął próbę telefonicznego kontaktu z Zamawiającym, a ten nie odebrał telefonu. W związku z tym wnosimy, aby próba powiadomienia, którą Wykonawca może udowodnić poprzez przedstawienia spisu połączeń, była uznana jako skuteczne powiadomienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 80**Dotyczy: SWZ, Część IV – Wzór umowy, § 7 ust. 2 lit. e)**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej nakładanej na Wykonawcę w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do 10%.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 81**Dotyczy: SWZ, Część IV – Wzór umowy, § 7 ust. 6**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 20% ogólnej maksymalnej wartości umowy brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 82**Dotyczy: SWZ, Część IV – Wzór umowy, § 7**

Prosimy o modyfikację zapisów § 7w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 83**Dotyczy zadania nr 21**

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w Zadaniu nr 21 nie są leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla Zadania nr 21 do 14 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja nr 1 SWZ.

Zamawiający podkreśla, iż odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców.

Pytanie nr 84**Dotyczy zadania nr 21**

(Dotyczy daty ważności min. 12 m-cy.) Biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, czyli że Zamawiający nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów, prosimy o wyrażenie zgody na dostawę wyrobów z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Patrz modyfikacja szczegółowego formularza ofertowego dla zadania nr 21.

Pytanie nr 85**Dotyczy zadania nr 21**

(Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 2) W celu miarkowania kar umownych, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji zapisów wzoru umowy w zakresie §7 ust. 2 na następującą treść:

„2.Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości 0,5% wartości zamówienia częściowego ~~100,00 złotych brutto (słownie: sto złotych 00/100)~~, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3;

b) w wysokości 0,5% wartości zamówienia częściowego ~~100,00 złotych brutto (słownie: sto złotych 00/100)~~, za każdy dzień zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 15.

c) w wysokości 1% wartości zamówienia częściowego ~~100,00 złotych brutto (słownie: sto złotych 00/100)~~, za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 4,

d) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5, tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym."

Obecne kary umowne są wygórowane w stosunku do wagi naruszenia. Wskazane przez Zamawiającego wysokości kar umownych są niewspółmierne do zawinienia Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 86

Dotyczy zadania nr 21

(Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 2. e) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiając obniży wysokość kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy do 10% wartości brutto. Obecna wysokość kar jest wygórowana i odbiega od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 87

Dotyczy zadania nr 21

(Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 6) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o obniżenie łącznej wysokości kar umownych do 20% ogólnej maksymalnej wartości umowy brutto. W naszej ocenie obecna wysokość kar umownych jest zbyt wygórowana, przeczy zasadzie równowagi stron umowy i odbiega od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 88

Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści rurkę intubacyjną z odsysaniem z nad mankietu. Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie walca do długich wentylacji, z równomiernie rozkładającym się ciśnieniem, z systemem drenażu przestrzeni podgłośniowej, w rozmiarach 6,0 do 9,0 co 0,5mm, dwa znaczniki głębokości intubacji. DEHP Free.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 89

dot. Zadania nr 3 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: kaniula dożylna z portem bocznym, wykonana z PTFE, posiada 4 paski kontrastujące w RTG, o rozmiarze 22G 0,9x25mm, przepływ 36 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 90

dot. Zadania nr 3 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: kaniula dożylna z portem bocznym, wykonana z PUR, posiada 3 paski kontrastujące w RTG, o rozmiarze 22G 0,9x25mm, przepływ 36 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 91

dot. Załącznika nr 8 do SWZ - zadanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu nr 8 sterylne jednorazowy zestaw do wstrzykiwacza Medrad Stellant CT zawierający wkłady j.u. 2 szt., złącze typu Y około 150 cm, spike 2 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 92

Dotyczy zadania nr 23, poz. 2 i 3

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego - korzystniejszego dla użytkownika tj. zamiast zaoferowania 30 szt. strzykawek i jednego urządzenia pompującego, wykonawca zaoferowałby 30 szt. kompletnych jednorazowych pompek (z wbudowaną strzykawką i manometrem).



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 93

Pytanie do pakietu 27

Czy Zamawiający dopuści maski do resuscytatorów z zamkniętym mankietem posiadającym zawór do pompowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 94

Pytanie do pakietu 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z 2-ma maskami?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 95

Pytanie do pakietu 27 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z 2-ma maskami?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 96

Pytanie do pakietu 12 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści tępą igłę do pobierania i rozpuszczania leków z otworem centralnym w rozmiarze 18Gx40mm (dłuższą)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 97

Pytanie do pakietu 12 poz. 1-8

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje produktów w sztukach (kolumna „jednostka miary” w szczegółowym formularzu ofertowym) czy w opakowaniach a’100sztuk (kolumna „przedmiot zamówienia” w szczegółowym formularzu ofertowym)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje produktów w opakowaniach A’100 szt. Zamawiający wyjaśnia, iż jednostka miary „szt” odnosi się do opakowania A’100szt. Zatem Zamawiający wskazując np.: w pozycji 1 liczbę 310 w kolumnie „ilość” oczekuje wyceny i dostawy 310 opakowań igieł pakowanych po 100szt (310 x A’100). Patrz modyfikacja nr 1 SWZ.

Pytanie nr 98

Pytanie do pakietu 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną przeznaczoną do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych 24G typu bezpiecznego, wykonana z PUR, bez portu bocznego, posiada 6 linii RTG, samodomykający się korek, filtr hydrofobowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 99

Pytanie do pakietu 3 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną przeznaczoną do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych i pediatrycznych bez portu górnego, wykonane z FEP. 26G 0,6x19mm, przepływ 17ml/min, 24G 0,7x19mm, przepływ 23ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 100**Pytanie do pakietu 3 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę do długotrwałych wlewów dożylnych, posiadającą dodatkowy górny port do wstrzyknięć, wykonaną z biokompatybilnego i termoczułego poliuretanu (PUR), elastyczna, z gładką powierzchnią, odporna na zginanie (łatwo się dopasowuje), metalowa igła z wygładzonym tylnym ostrym szlifem, elastyczne skrzydełka mocujące, standardowy koreczek portu bocznego. Różne rozmiary oznaczone odpowiednimi kolorami w sposób widoczny przed odpakowaniem. Nazwa materiału, rozmiar (średnica, długość, przepływ), nazwa producenta, data ważności podane na opakowaniu. Opakowanie typu papier medyczny. Posiada 3 paski kontrastujące w promieniach RTG 22G/0,9x25, przepływ 36ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 101**Zadanie 19, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści wzmocnienie o gramaturze min. 38 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 102**Zadanie 19, poz. 3**

Czy zamawiający wymaga produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, gdyż fartuchy będą używane przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i stosowany w procedurach medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 103**Zadanie 19, poz. 3**

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem z elastycznym ściągaczem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 104**Zadanie 19, poz. 3**

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację w kolumnie „producent” lub pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 105**Zadanie 19, poz. 3**

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:

o Mankiet 5 cm

o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)

o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko

o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 106**Zadanie 19, poz. 5**

Czy zamawiający wymaga produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, gdyż fartuchy będą używane przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i stosowany w procedurach medycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 107**Zadanie 19, poz. 5**

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację w kolumnie „producent” lub pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 108**Zadanie 19, poz. 5**

Czy zamawiający dopuści gramaturę 20 -35 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że materiał nie będzie przezroczysty.

Pytanie nr 109**Zadanie 19, poz. 4**

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację w kolumnie „producent” lub pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 110

Dotyczy wzór umowy §7 ust. 2 ppkt 2c) - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od naliczania takiej bądź zmniejszenie jej wartości. Kwota 1000,00 zł jest zbyt wygórowana.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 111

Dotyczy wzór umowy §7 ust. 2 ppkt 2e) - Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kary za odstąpienie od umowy na 20% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 112

Zadanie nr 30: Zestaw punkcyjny do nefrostomii metodą jednostopniową 8Ch/22cm:

- Cewnik poliuretanowy z pojedynczą pętlą, o wymiarach 8Ch/22cm,
- Igła punkcyjna dwuczęściowa z ostrzem piaskowanym, o wymiarach 18G/20cm,
- Obturator,
- Kołnierz prostujący,
- Kranik jednokierunkowy z portem Luer-lock,
- Łącznik do worka na mocz z portem Luer-lock o dł. 10cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 113**Dotyczy zadania nr 3, poz.1**

W związku z wycofaniem produktu, który spełnia zapisy SWZ prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli typu Neoflon wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 114**Dotyczy zadania nr 3, poz. 2**

W związku z wycofaniem produktu, który spełnia zapisy SWZ prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli typu Neoflon wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 115**Dot. § 5 ust. 1 wzoru umowy**

Uprzejmie prosimy zmianę zapisu i wprowadzenie wymogu zrealizowania umowy na poziomie 80% jej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 116**Dot. § 7 ust. 2 pkt. c**

Prosimy o wykreślenie zapisu o karze 1000 zł za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy, kara ta jest rażąco wysoka i nieadekwatna do tego przypadku.

Lub zmianę na:

w wysokości brutto 500 zł brutto za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 4.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 117**Dot. § 7 ust. 2 pkt. e**

Prosimy o zmianę zapisu na: (...) w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy (...).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 118**Dot. §7 ust. 2 pkt. a, b, d**

Prosimy o zmianę na zastosowanie kar w postaci odsetek ustawowych liczonych od niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 119**Dotyczy §7 ust. 6 wzoru umowy:**

Prosimy o zmianę zapisu na: Łączna wysokość kar umownych (...) nie może przekroczyć 20 % ogólnej maksymalnej wartości umowy (...).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 120**Dotyczy wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy "W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w §6 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy".

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 121

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie informacji o marce i modelu wstrzykiwacza, dla którego wężyki ujęte zostały w pakiecie nr 22.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada Wstrzykiwacz Urlich Medical model XD8000.

Pytanie nr 122

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie 22 postępowania zestawu zapewniającego pracę przez 24 godziny, składającego się z 2 osobno zapakowanych wężyków pompy o czasie pracy do 12 godzin, maksymalnie do 40 iniekcji każdy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 123

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie 22 poz. 1 postępowania wężyka pompy o wyższej objętości niż wskazana.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 124

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w pakiecie 22 wężyków pacjenta i wężyków pompy o wyższej wytrzymałości ciśnieniowej tj. 350psi (24bar).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 125

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w zadaniu 8 postępowania rozwiązania równoważnego w postaci jednorazowego sterylnego zestawu wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CT, w skład którego wchodzi: 2 wkłady o pojemności 200ml; złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm z trójnikiem "T"; 1 złącze szybkiego napełniania typu J oraz 1 ostrza spike. Informujemy, iż napełniacz J oraz ostrze spike, pełniąc tę samą funkcję, stosowane są zamiennie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 126

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do ofertowania w zadaniu 8 postępowania rozwiązania równoważnego w postaci jednorazowego sterylnego zestawu wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CT, w skład którego wchodzi: 2 wkłady o pojemności 200ml; złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm z trójnikiem "Y"; 2 złącza szybkiego napełniania typu J oraz 2 ostrzy spike.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 127**Pakiet 3 Poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kaniuli dożylniej bezpiecznej z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia, ergonomiczny kształt, widoczna w rtg, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarze: 26 G 0,6 x 19 mm – przepływ 12 ml/min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 128**Pakiet 3 Poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kaniuli dożylniej bezpiecznej z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia, ergonomiczny kształt, widoczna w rtg, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarze: 24G 0,7mm.x 19 mm - przepływ 16 ml/min.;

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 129**Pakiet 3 Poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kaniuli dożylniej bezpiecznej z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia, ergonomiczny kształt, widoczna w rtg, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarze: 22G x 0,9 mm x 31 mm – przepływ 28 ml/min

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 130**Pakiet 3 Poz. 2**

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje kaniul z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi podczas kaniulacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 131

Pakiet 30

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga aby zestaw do nefrostomii mógł być (zgodnie z kartą charakterystyki, instrukcją producenta) stosowany w przypadku stwierdzenia ropomoczu ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zestaw mógł być stosowany w przypadkach ropomoczu. Składane wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe winny to potwierdzać.

**z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski**