

Jarocin 22.04.2025 r.

INFORMACJA

Dotyczy : Postępowanie na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań hematologicznych 7/2025

Działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień treści SWZ oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

Pytania:

1.

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, Parametry-wymagania minimalne stawiane analizatorowi hematologicznemu, tabela Parametry Lp. 21:

Uprzejmie prosimy o ujednolicenie zapisu z Załącznikiem nr 5 do SWZ, Projekt umowy, §7 ust. 4 i zastąpienie wyrażenia „Wyniki do odbioru w ciągu 12 godz.” zwrotem „Wyniki do odbioru w ciągu 24 godz.”

Odpowiedź: w Załączniku nr 4 do SWZ modyfikuje się **pkt . 22** (aktualnego zał.4) który uzyskuje brzmienie:

Wykonawca gwarantuje, że w przypadku awarii uniemożliwiającej wykonanie badań przez okres dłuższy niż 24 godziny od momentu przystąpienia do usunięcia awarii, zapewni ich wykonanie do momentu usunięcia awarii na własny koszt w innej placówce laboratoryjnej czynnej 24 h na dobę. Wyniki do odbioru w ciągu 24 godz. Od momentu dostarczenia próbek. Zamawiający powinien uwzględnić powyższą zmianę w treści składanego z ofertą załącznika 4.

2.

Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

3.

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ, Projekt umowy, §2 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wskazanego zapisu, w sytuacji, gdy zgodnie z §2 ust. 2 Wykonawca przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń?

Odpowiedź: §2 ust. 1 projektu umowy uzyskuje następujące brzmienie:

Analizatora hematologicznego zwanego dalej „urządzeniem” oraz sukcesywnie dostawy odczynników diagnostycznych i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

4.

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ, Projekt umowy, §3 ust. 1:

Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy?

Odpowiedź: Tak.

5.

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ, Projekt umowy, §4 ust. 1:

Uprzejmie prosimy o wykreślenie wyrażenia „faksem” i usunięcie możliwości składania zamówienia za pomocą faksu.

Wykonawca motywuje swoją prośbę względami organizacyjnymi.

Prosimy o odpowiednią modyfikację w §4 ust. 4 i zastąpienie wyrażenia „oraz za pomocą faxu” zwrotem „oraz za pomocą maila”.

Odpowiedź: Projekt umowy, §4 ust. 1 uzyskuje brzmienie:

1.Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych następować będzie sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień licząc od daty złożenia zamówienia na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego przesłanego emailem na adresw ciągu maksimum 5 dni roboczych . Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej,

miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.

6.

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ, Projekt umowy, §4 ust. 5:

Prosimy o usunięcie §4 ust. 5.

Towar dostarczany na podstawie niniejszej umowy nie ma restrykcyjnych obostrzeń dotyczących transportu, a transportem zajmuje się firma wyspecjalizowana w dostawach towarów medycznych.

Jednocześnie Wykonawca gwarantuje, że transport towaru, będzie odbywał się zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto dostarczany towar jest objęty gwarancją i w przypadku stwierdzenia ewentualnych wad po dostawie będzie podlegał reklamacji i wymianie.

Odpowiedź: § 4 pkt 5 wzoru umowy uzyskuje brzmienie : Wykonawca gwarantuje że zapewni warunki transportu i przechowywania towarów , zgodne z zaleceniami i wymogami ich producenta, wymaganiami wskazanymi w SWZ oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

7.

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ, Projekt umowy, §15 ust. 1 lit. b), c) i e):

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od kwoty wynagrodzenia umownego brutto.

W sytuacji, gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych i będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, naruszenie umowy do umowy może dotyczyć niewielkiej jej części, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia brutto umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony.

W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: §15 ust. 1 lit. b), c) projektu umowy uzyskują brzmienie:

b) za zwłokę w wykonaniu obowiązków wskazanych w § 7 ust. 4

- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonego od terminu określonego w § 7 ust. 4

c) za zwłokę w wykonaniu obowiązków wskazanych w § 7 ust. 5

- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonego od terminu określonego w § 7 ust. 5

8.

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, Parametry-wymagania minimalne stawiane analizatorowi hematologicznemu, Parametry, pkt 1

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga zaoferowania analizatora, który do wykonania oznaczeń w płynach z jam ciała, a w szczególności w płynie mózgowo-rdzeniowych wymaga max. 250 µl objętości próbki badanej (włącznie z objętością martwą) w otwartej mikroprobówce.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wymaga zaoferowania analizatora, który do wykonania oznaczeń w płynach z jam ciała, a w szczególności w płynie mózgowo-rdzeniowych wymaga max. 250 µl objętości próbki badanej (włącznie z objętością martwą) w otwartej mikroprobówce.

9.

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, Parametry-wymagania minimalne stawiane analizatorowi hematologicznemu, Parametry, pkt 5

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy wymaga, aby niedojrzałe granulocyty IG (promielocyty, mielocyty, metamielocyty) jako odrębna populacja wyrażona w wartościach bezwzględnych i procentach, była raportowana na wyniku jako parametr diagnostyczny?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wymaga aby niedojrzałe granulocyty IG (promielocyty, mielocyty, metamielocyty) jako odrębna populacja wyrażona w wartościach bezwzględnych i procentach, była raportowana na wyniku jako parametr diagnostyczny.

10.

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, Parametry-wymagania minimalne stawiane analizatorowi hematologicznemu, Parametry, pkt 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, iż poprzez zapis „umożliwiający ocenę zmian reaktywności i morfologii neutrofili”, Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora z możliwością określenia stanu aktywacji neutrofili za pomocą parametrów odzwierciedlających stan neutrofili względem ich reaktywności oraz

ziarnistości, opisanych odpowiednio w jednostkach „FI” oraz „SI” oraz oznaczenia parametrów limfocytów reaktywnych i limfocytów syntetyzujących przeciwciała, oba są prezentowane w wartościach odsetkowych i bezwzględnych. Wszystkie z wymienionych parametrów są prezentowane na wyniku badania i przesyłane do LIS.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wymaga zaoferowania analizatora z możliwością określenia stanu aktywacji neutrofili za pomocą parametrów odzwierciedlających stan neutrofili względem ich reaktywności oraz ziarnistości, opisanych odpowiednio w jednostkach „FI” oraz „SI” oraz oznaczenia parametrów limfocytów reaktywnych i limfocytów syntetyzujących przeciwciała, oba mają być prezentowane w wartościach odsetkowych i bezwzględnych. Wszystkie z wymienionych parametrów mają być prezentowane na wyniku badania i przesyłane do LIS.

11.

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, Parametry-wymagania minimalne stawiane analizatorowi hematologicznemu, Parametry, pkt 11

Czy Zamawiający wymaga, aby Użytkownik analizatora miał możliwość manualnego wyboru dodatkowego trybu pomiaru dla próbek leukopenicznych co daje Użytkownikowi możliwość decyzji, kiedy i w jakiej sytuacji klinicznej dodatkowy pomiar będzie wykonany?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wymaga aby Użytkownik analizatora miał możliwość manualnego wyboru dodatkowego trybu pomiaru dla próbek leukopenicznych .

12.

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, Parametry-wymagania minimalne stawiane analizatorowi hematologicznemu, Parametry, pkt 12

W związku z wymogiem zaoferowania analizatorów z możliwością oznaczania parametru PLT-O, prosimy Zamawiającego, o potwierdzenie, iż wymaga, aby wymieniony parametr miał określony zakres liniowości nie gorszy niż PLT-I, potwierdzony specyfikacją zawartą w instrukcji. Oznaczenie płytek metodą optyczną ma być parametrem raportowanym na wyniku, parametrem diagnostycznym, posiadającym zakres referencyjny i zwalidowanym przez producenta analizatora.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wymaga zaoferowania analizatora z możliwością oznaczania parametru PLT-O, wymieniony parametr ma mieć określony zakres liniowości nie gorszy niż PLT-I, potwierdzony specyfikacją zawartą w instrukcji. Oznaczenie płytek metodą optyczną ma być parametrem raportowanym na wyniku, parametrem diagnostycznym, posiadającym zakres referencyjny i zwalidowanym przez producenta analizatora.

13.

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, Parametry-wymagania minimalne stawiane analizatorowi hematologicznemu, Parametry, pkt 15

Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, aby kontrola stanu odczynników była prezentowana nie tylko w formie graficznej, ale również z podaniem ilości testów jakie można wykonać z danego odczynnika do końca jego terminu ważności na pokładzie analizatora (z wyłączeniem odczynnika rozcieńczającego). Daje to Zamawiającemu możliwość kontroli nad stanem magazynowym odczynników.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

14.

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, Parametry-wymagania minimalne stawiane analizatorowi hematologicznemu, Parametry, pkt 17

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej policzonej w ilościach uwzględniających ważność folki na opakowaniu. Umożliwi to Zamawiającemu oszczędność materiału kontrolnego z zachowaniem najwyższej jakości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie krwi kontrolnej policzonej w ilościach uwzględniających ważność folki na opakowaniu.

15.

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, Parametry-wymagania minimalne stawiane analizatorowi hematologicznemu, Parametry, pkt 19

Prosimy Zamawiającego o uznanie parametru za spełniony, przy zaoferowaniu analizatora, w którym układ pneumatyczny znajduje się poza analizatorem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym układ pneumatyczny znajduje się poza analizatorem.

16.

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, Parametry-wymagania minimalne stawiane analizatorowi hematologicznemu, Parametry, pkt 23

Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie. Prosimy o usunięcie ww. zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużycia odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli w odniesieniu do faktycznej ilości zużycia odczynników przez Zamawiającego.

Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SWZ bądź użytkowaniem analizatora w sposób niezgodny z jego instrukcją obsługi”.

Odpowiedź:

1)w Załączniku nr 4 do SWZ modyfikuje się pkt . 23 który uzyskuje brzmienie:

W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę w ofercie właściwych ilości odczynników lub materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania wskazanych ilości badań koszty dodatkowych materiałów ponosi Wykonawca z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, w stosunku do deklarowanej w SWZ . Zamawiający powinien uwzględnić powyższą zmianę w treści składanego z ofertą załącznika 4.

2) W Projekcie umowy w §5 dodaje się ust. 9 o następującym brzmieniu:

W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę w ofercie właściwych ilości odczynników lub materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania wskazanych ilości badań koszty dodatkowych materiałów ponosi Wykonawca z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań w stosunku do deklarowanej w SWZ .

Informujemy , że przedłuża się termin składania i otwarcia ofert do dnia 28.04.2025. , godziny składania i otwarcia bez zmian. Nowy termin związania oferta to 27.05.2025.