

Warszawa, 24.01.2022 r.

## Oświadczenie

**Dotyczy:**

**Kaniuli dożylniej bezpiecznej w systemie zamkniętym BD Nexiva Diffusics do iniekcji środków kontrastowych pod ciśnieniem, nr kat. 383691, 383692, 383693, 383694, 383695**

W imieniu Becton Dickinson Polska sp. z o.o., będącego autoryzowanym dystrybutorem Becton Dickinson oświadczam, że **kaniula dożylna bezpieczna w systemie zamkniętym BD Nexiva Diffusics do iniekcji środków kontrastowych pod ciśnieniem** jest widoczna w RTG, posiada 6 pasków radiocieniujących. Paski są równomiernie rozmieszczone wzdłuż kaniuli. Całkowita powierzchnia pasków radiocieniujących wynosi 25+/-3%.

Z poważaniem

Sylwia Banowicz



*Junior Product Manager MDS Poland*