

Wałbrzych, dnia 09.04.2025 r.

DZPZ-530- Zp/91/PN/24

*Wykonawcy – wszyscy****Odpowiedź na pytania oraz sprostowanie udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 101 z dnia 02.04.2025r.***

Dotyczy: **Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Centrum Radioterapii, Zakładu Radiologii i Zakładu Patomorfologii w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności: Inwestycja D1.1.1 - Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w ramach projektu "Podniesienie jakości i dostępności do procedur onkologicznych poprzez zakup kluczowego sprzętu oraz rozbudowę infrastruktury lokalowej celem poprawy warunków bytowych pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu" - Zp/91/PN/24.**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu oraz dokonuje sprostowania udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 101 z dnia 02.04.2025r.

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 1

W związku z udzielonymi odpowiedziami w zakresie tomografii komputerowej prosimy o informację czy zdemontowany tomograf ma zostać zutyliczowany przez Wykonawcę czy też będzie wywieziony i zutyliczowany przez Zamawiającego?

Odp.: Tomograf ma zostać zdemontowany i zutyliczowany przez Wykonawcę w sposób niszczący.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 1

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 103 z dnia 02.04.2025, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie treści punktu 145 Załącznika nr 1 poprzez dodanie zapisu precyzyjnego i potwierdzającego, iż Zamawiający we własnym zakresie wykona wszystkie niezbędne prace adaptacyjne na potrzeby zainstalowania i uruchomienia aparatu zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez Wykonawcę. Alternatywnie – prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca będzie uprawniony do dodania do opisu parametru w punkcie 145 komentarza „zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego”. Wspomniany wymóg stanowi parametr graniczny, a konstrukcja formularza uniemożliwia dodanie stosownego dopisku po stronie wypełnianej przez Wykonawcę.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do opisu parametru w punkcie 145 komentarza „zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego”.

Sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 101 z dnia 02.04.2025r :**Pytanie nr 101 dotyczy Pakietu nr 1**

Prosimy o potwierdzenie, że obecny aparat zostanie zutyliczowany przez Zamawiającego. Jeśli nie, prosimy o wyszczególnienie jaki typ deinstalacji jest oczekiwany (niszczący/nieniszczący itp.)

Odp.: Tomograf ma zostać zdemontowany i zutyliczowany przez Wykonawcę w sposób niszczący.

Zatwierdzam:

Z-ca Dyrektora**ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych****Adam Szkudlarek**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Sporządził: Andrzej Nowiński

nr telefonu: 74/6489941