



Katowice, dnia 17.03.2025r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych do zabiegów angiograficznych, znak sprawy ZP-25-030UN.

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:


1. Pytanie do pakietu 7 – Cewniki do trombolizy celowanej

Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne, których nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodnie z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy (ang. Common Procurement Vocabulary) i które spełniają tożsame funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta i dopuści: Zestaw do trombolizy celowanej wykorzystujący opatentowaną, sprawdzoną technologię, pozwalającą na szybsze i bardziej efektywne leczenie skrzeplin. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035"; Prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki; Szczeliny wykonane wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany; Szczeliny rozwierające się pod wpływem ciśnienia i zapewniające jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika; Technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji Cewnik wyposażony w dwa radiocieniąjące markery ułatwiające pozycjonowanie.

•Długość segmentu infuzyjnego:

dla 4F i 5F o Systemy 45cm: 2 cm 5 cm, 10 cm, 15cm 20 cm

dla 4F i 5F o Systemy 90 cm i 135 cm: 2 cm 5 cm, 10 cm, 15cm 20 cm 30 cm, 40 cm, 50cm



który spełnia określone normy jakościowe i użytkowe, ale różni się od tradycyjnych produktów wskazanych w dokumentacji przetargowej. Czy Zamawiający jest otwarty na oferty od różnych producentów, które mogą w pełni zaspokoić potrzeby zadania, nawet jeśli ich rozwiązania nie są dokładnie zgodne z wcześniej opisanymi specyfikacjami? Czy taka elastyczność w opisie może sprzyjać większej konkurencyjności w postępowaniu zgodnie z art. 29 ust. 2 i 7 ust. 1 ustawy Pzp? Z góry dziękuję za odpowiedź. **Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

2. Dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści następujące parametry;

Cewnik balonowy półpodatny, nylonowy, system OTW, kompatybilny z przewodnikiem 0,035". Długość systemu wprowadzającego 75cm i 130cm. Ciśnienie nominalne 8 atm dla średnic 3mm - 7mm oraz 6 atm dla średnic 8mm - 12mm. RBP 9 -21 atm. Dostępne średnice: 3,4,5,6,7mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200,250 i 300mm oraz średnica 8mm w długościach 20,40,60,80,100,120,150,200 mm i średnice: 9,10,12mm w długości 20,40,60,80,100mm. Koszulka 5-7F. Niskoprofilowa końcówka. Cewnik posiada opaski znacznikowe na trzonie w odstępach co 1 cm. Co 10 cm znajduje się oznakowanie odległości od dystalnego końca balonu. **Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**



3. Dotyczy zadania nr 9

Czy Zamawiający dopuści następujące parametry;

Cewnik balonowy powlekany paclitaxelem, nośnik leku sorbitol i polisorbat. System OTW, ciśnienie nominalne 6 atm. Prowadnik 0,035': Dostępne średnice: 4,5,6,7,8,9,10,12mm i długości od 40 do 150mm (w zależności od średnicy), długość systemu wprowadzającego 75, 100,130cm (w zależności od średnicy). Prowadnik 0,018': Dostępne średnice: 4,5,6,7mm i długości od 40 do 220mm (w zależności od średnicy), długość systemu wprowadzającego 100cm i 130cm (w zależności od średnicy). Prowadnik 0,014': Dostępne średnice: 2; 2,5; 3; 3,5; 4mm i długości: od 40 do 150mm dla każdej średnicy i długości systemu wprowadzania 150cm. Stężenie powierzchniowe leku na balonie nie więcej niż 2µg/mm².

Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Dotyczy pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści cewniki o wskazanych w pakiecie krzywiznach o średnicach 4F do 6F, z wyłączeniem 7F. Pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający dopuszcza oraz koryguje treść załącznika nr 2 do SWZ (w załączeniu).**

5. Dotyczy pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy do angioplastyki tętnic nerkowych z systemem wprowadzającym o jednej tylko długości – 142 cm, oraz ciśnieniem maksymalnym 12-14 atm, w zależności od średnicy balonu? Pozostałe parametry bez zmian. **Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**